



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2^η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥΑΡ.
« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »

Ταχ. Δ/ση: Ελενας Βενιζελου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ.: 2271350106 Φαξ:2271350241

Email:paragelies@xioshosp.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΧΙΟΣ: 30-06-2020

ΠΡΩΤ: οικ. 42

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την **προμήθεια ενός Monitor πίεσεως με οξύμετρο.**

A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 17%
1		MONITOR ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΟ	1	1Χ2.000,00	2.000,00	2.340,00
	ΣΥΝΟΛΟ					

B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αριθμός Αιτήματος	9811/16-06-2020
ΚΑΕ	7131.01
Προϋπολογισμός	2.340,00
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Παρασκευή 03-07-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Τρίτη 07-07-2020
Τρόπος υποβολής προσφορών	ΦΑΞ:2271350241 e – mail:paragelies@xioshosp.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΡ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΣΦΥΞΕΩΝ-ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΩ

1. Το μηχάνημα να είναι νέας τεχνολογίας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/ANSI/AAMI 81060-2:2013, μικρού όγκου και με βάρος που να μην υπερβαίνει περίπου τα 2,5Kg, περιλαμβανομένης της μπαταρίας. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα χρήσης και σε παιδιατρικούς και νεογνικούς ασθενείς.
2. Να τροφοδοτείται από ρεύμα δικτύου πόλεως καθώς και από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να παρέχει αυτονομία τουλάχιστον πέντε (5) ωρών.
3. Να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση και καλαθάκι τοποθέτησης παρελκόμενων, του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.
4. Να μετρά και να απεικονίζει ψηφιακά τις παραμέτρους:
 - α) αναίμακτη αρτηριακή πίεση (συστολική, διαστολική και μέση)
 - β) παλμική οξυμετρία και καρδιακό ρυθμό
 - γ) θερμοκρασία
5. Η μέτρηση της αναίμακτης αρτηριακής πίεσης:
 - α) να εκτελείται χειροκίνητα και αυτόματα σε προεπιλεγμένα διαστήματα από το χρήστη. Να παρέχει και τη δυνατότητα εκτέλεσης συνεχών μετρήσεων για πέντε (5) λεπτά (STAT)
 - β) να βασίζεται σε ειδικό αλγόριθμο απόρριψης παρασίτων, που παράλληλα να εξασφαλίζει λήψη μέτρησης υπό δύσκολες συνθήκες (περιπτώσεις εξαιρετικά υπερτασικών και υποτασικών ενήλικων ασθενών), με μέτρηση περίπου στο εύρος 10-290mmHg
 - γ) να παρέχει δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης διόγκωσης της περιχειρίδας από το χρήστη
6. Η μέτρηση της παλμικής οξυμετρίας:
 - α) να βασίζεται σε ειδικό αλγόριθμο που να εξασφαλίζει λήψη μέτρησης υπό κλινικές συνθήκες πτωχής περιφερικής αιμάτωσης και κίνησης. Να γίνει σχετική αναφορά
 - β) στο εύρος μέτρησης 70-100% να επιτυγχάνεται με ακρίβεια ± 3 ψηφίων ή καλύτερη, υπό συνθήκες κίνησης
 - γ) στο εύρος μέτρησης 70-100% να επιτυγχάνεται με ακρίβεια ± 2 ψηφίων ή καλύτερη, υπό συνθήκες πτωχής περιφερικής αιμάτωσης
7. Να διαθέτει οπτικοακουστικό σήμα συναγερμού για κάθε παράμετρο, με ρυθμιζόμενα όρια από το χρήστη, για κάθε κατηγορία ασθενή.
8. Να συνοδεύεται από:
 - α) ενδιάμεσο καλώδιο παλμικής οξυμετρίας συμβατό με αισθητήρες δακτύλου μιας χρήσεως και πολλαπλών χρήσεων και αισθητήρες δακτύλου μιας χρήσεως ενηλίκων, παιδών και νεογνών
 - β) αισθητήρα θερμοκρασίας σωλήνα αναίμακτης αρτηριακής πίεσης συμβατό με περιχειρίδες μιας χρήσεως και πολλαπλών χρήσεων, διαφορετικών μεγεθών και περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων, παιδών και νεογνών
9. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνής ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας:(ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, και ΦΠΑ), ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Αριθμός Αιτήματος	Περιγραφή Υλικού	Τιμή μονάδας € (χωρίς ΦΠΑ)	Κωδικός Παρατ/ρίου	Τιμή Παρατ/ρίου	Κωδικό Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – επί ποινή απόρριψης – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου, αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών ως κύρια θεωρείται αυτή με τα χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ε. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ