



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 25/02/2021  
Αριθ. Πρωτ.:6

Γενική Διαχείριση  
Πληροφορίες  
Τηλ.: 22713/50106  
E-mail: paragelies@xioshosp.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VAC» CPV:33140000-3  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ.221/07-02-2022 (ΑΔΑ:6ΤΙΞ469073-Γ96), απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VAC» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου καθώς και τη Διαδικασία Συλλογής Προσφορών.
2. Την υπ' αριθ.302/14-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΔΥ469073-ΖΦΥ) ανάληψη πίστωσης.

**Προτίθεται** να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια **«ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VAC»** (CPV:33140000-3), (ΚΑΕ:1311.01), με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του. Προϋπολογισμός 15.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

## Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VAC (CPV:33140000-3)
Προϋπολογισμός Δαπάνης	15.000,00 ΜΕ ΦΠΑ
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"><li>• ΚΑΕ 1311.01</li><li>• Ανάληψη Υποχρέωσης :302/14-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΔΥ469073-ΖΦΥ)</li></ul>
Δ/νση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: paragelies@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	<b>08/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ.</b>
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Γενικής Διαχείρισης)
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"><li>• ΚΗΜΔΗΣ</li><li>• www.xioshosp.gr</li></ul>
Διάρκεια σύμβασης	<b>ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ</b> (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)
Χρόνος ισχύος προσφορών	Ενενήντα (90) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;"><b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</b></p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;"><b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</b></p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)</p>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

<p><b>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</b></p>	<p>Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης <b>εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους</b>, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση</li> <li>- Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας</li> <li>- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.</li> <li>- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.</li> </ul>
<p><b>Υπογραφή σύμβασης</b></p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την <b>εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας</b> (αρ.21 Ν.4782/21).</p>

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- Τέλος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρίες υποχρεούνται – **επί ποινή απόρριψης** – να τα αποστείλουν άμεσα.

**Η Διοικήτρια  
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»  
α/α**

**Ελένη Βουτιέρου**

**Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας**

## **Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ**

<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία, κλπ)</b>	<b>CPV (*)</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΦΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ</b>
1.	SET ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ PLUS SMALL	1	TEM	33140000-3	1X137,80= 137,80	9%	150,20
2.	SET ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ PLUS MEDIUM	2	TEM		2X153,90= 307,80	9%	335,50
3.	SET ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ PLUS LARGE	1	TEM		1X169,10= 169,10	9%	184,32
4.	SET ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ INTERMEDIATE	2	TEM		2X115,00= 230,00	9%	250,70
5.	SET ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ MEDIUM	2	TEM		2X129,00= 258,00	9%	281,22
6.	SET ΣΠΟΓΓΟΥ LARGE	2	TEM		2X140,00= 280,00	9%	305,20
7.	SET ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ SMALL	4	TEM		4X174,00= 696,00	9%	758,64
8.	SET ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ MEDIUM	33	TEM		33X194,00= 6.402,00	9%	6.978,18
9.	SET ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ LARGE	2	TEM		2X212,00= 424,00	9%	462,16
10.	SET ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ XLARGE	7	TEM		7X370,00= 2.590,00	9%	2.823,10
11.	A ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ECON1000ml	22	TEM		22X95,00= 2.090,00,	17%	2.445,30

**ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.**

## **Γ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το σύστημα να αποτελείται από:

A. Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων με τις εξής προδιαγραφές:

- Να είναι τουλάχιστον 1000 ml
- Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής
- Με αποσπώμενο σάκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο

B. Το σετ επιδέσμων για εφαρμογή που απαιτούνται χαμηλές πιέσεις να περιλαμβάνει:

- καθετήρα παροχέτευσης σιλικόνης
- ειδική αντιβακτηριδιακή γάζα με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με άργυρο (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης), υδροκολλοειδές με βαζελίνη
- ρολό γάζας με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών

- διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα
- σωλήνα σύνδεσης με κλείστρο
- προστατευτικό δέρματος από 100% σιλικόνη σε μαντηλάκι

Γ. Το σετ σπόγγου και σπόγγου με άργυρο να περιλαμβάνει:

- αφρώδη σπόγγο σε μεγέθη:(S, M, L, XL)
- διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα
- Σετ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμπροτισμένο με υδροκολλοειδές και βαζελίνη νανοτεχνολογίας ολιγοσακχαρίτη
- δίσκο παροχέτευσης
- σωλήνα σύνδεσης με κλείστρο
- Σωλήνα αναρρόφησης PVC διατομής 30 εκ διπλού αυλού

Δ. Σετ σπόγγου ABDOMINAL ανοικτών κοιλιακών τραυμάτων με :

- Σπόγγο πολυουρεθάνης
- 2 διαφανή αυτοκόλλητα φιλμ
- 2 δίσκους παροχέτευσης των εκκρίσεων
- Ειδική μεμβράνη για εφαρμογή πάνω σε ζωτικά όργανα

Ε. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται όλο τον χρόνο καθημερινά από εξειδικευμένο τεχνικό στην Χίο.

*Σημείωση: Η αντλία θα πρέπει να παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των συμβατών αναλώσιμων σετ.*

*Η ίδια αντλία πρέπει να είναι συμβατή με όλα τα υλικά Α, Β, Γ. Επίσης η αντλία κενού να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:*

- συνεχή και διαλειπόμενη λειτουργία αρνητικής πίεσης
- δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών
- ένδειξη ελέγχου του εγκλεισμού
- ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού
- οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά