



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 14/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 11

Γενικής Διαχείρισης
Πληροφορίες
Τηλ.: 22713/50106
E-mail: paragelies@xioshosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ TABLET» CPV:33124120-2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.700,00€ ΜΕ ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ.351/02-03-2022(ΑΔΑ:6ΧΙΨ469073-Ι99), απόφαση της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια ενός «Συστήματος Υπερήχου χειρός διπλής κεφαλής» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου καθώς και το αίτημα προμήθειας με τις τεχνικές προδιαγραφές με αριθμ.πρωτ.244/11-02-2022.
2. Την υπ' αριθ.436/08-03-2022 (ΑΔΑ:Ω35Ζ469073-NPM) ανάληψη πίστωσης.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «**Συστήματος Υπερήχου χειρός διπλής κεφαλής**»

(CPV:33124120-2), (ΚΑΕ:7131.01), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 5.700,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ TABLET (CPV:33124120-2)
Προϋπολογισμός Δαπάνης	5.700,00 ΜΕ ΦΠΑ 17%
Χρηματοδότηση	• ΚΑΕ 7131.01 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 436/08-03-2022(ΑΔΑ:Ω35Ζ469073-NPM)
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: paragelies@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	21/03/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Γενικής Διαχείρισης)
Δημοσιότητα	• ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	Έως την παράδοση της προμήθειας του Συστήματος
Χρόνος ισχύος προσφορών	Ενενήντα (90) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94 Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95 Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)

Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης	Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους , προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση: - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (αρ.21 Ν.4782/21).

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- Τέλος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρίες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης – να τα αποστείλουν άμεσα.

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το προσφερόμενο σύστημα διαγνωστικού ελέγχου, να αποτελείται από:

- ασύρματο scanner φορητό, μικρού όγκου και χαμηλού βάρους (να μην ξεπερνά τα 250gr)
- απεικονιστικό μέσο - tablet 10''
- λογισμικό απεικόνισης και επεξεργασίας εικόνας

Το ασύρματο scanner να διαθέτει δύο ηχοβόλες κεφαλές Convex-Phased Array και Linear.

Η επικοινωνία μεταξύ του scanner και του tablet, να επιτυγχάνεται ασύρματα με τεχνολογία WiFi Direct.

Το λογισμικό απεικόνισης και επεξεργασίας της εικόνας να είναι συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα IOS, Android, Windows των απεικονιστικών μέσων.

Να παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης του λογισμικού απεικόνισης και επεξεργασίας της εικόνας σε απεριόριστο αριθμό συσκευών απεικόνισης, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Το scanner να έχει δυνατότητα συνδεσιμότητας με smartphone, tablet και laptop.

Το scanner να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για προστασία από σκόνη και υγρασία. Να αναφερθεί ο βαθμός προστασίας IPXX.

Να δηλωθεί ο αριθμός στοιχείων της κεφαλής, ώστε να εκτιμηθεί η καταλληλότητά του για διαγνωστική απεικόνιση.

Να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες μεθόδους απεικόνισης: B-Mode, M-Mode, Color Mode, Παλμικό Doppler (PW), Φασματικό Doppler (PDI).

Μέσω του λογισμικού να επιτυγχάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες μετρήσεις: Area, Length, Angle, Trace, Depth, Heart Rate, Velocity.

Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης video και εικόνων (jpg, Dicom).

Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενο εσωτερικό συσσωρευτή, με δυνατότητα πλήρους ασύρματης επαγωγικής φόρτισης εντός περιόδου δύο ωρών.

Να διαθέτει αυτονομία συνεχούς χρήσης τουλάχιστον τριών ωρών.

Να υπάρχει ένδειξη του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.

Ο υποψήφιος προμηθευτής να διαθέτει τμήμα service και ενεργό συμβόλαιο συνεργασίας με τον οίκο κατασκευής.

Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια δεκαετία.

Να σταλεί δείγμα εφ' όσον ζητηθεί.