



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 12-4-22
Αριθ. Πρωτ.: 22/12-4-22

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Β. Παγούδη
Τηλ.: 22713/50258, 22713/50106
E-mail: promithion@xioshosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ**

CPV 33162100-4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ. 48/13-12-21 (ΑΔΑ: ΩΤ94469073-ΩΜ5) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4782/21 αρ.50.
2. Την υπ' αριθ. 48/13-12-21 απόφαση της Διοικήτριας του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
3. Την υπ' αριθ. 4/17-3-22 απόφαση της Διοικήτριας του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
4. Την υπ' αριθ. 36/2022 ανάληψη πίστωσης.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» , με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του και την δημιουργία παρακαταθήκης.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CPV 33162100-4)
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 1311 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 36/2022
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: promithion@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	10-05-22 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) την επόμενη ημέρα.
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 Ν.4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)</p>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

<p>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</p>	<p>Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
<p>Υπογραφή σύμβασης</p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (αρ.21 Ν.4782/21).</p>

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα προκειμένου να αξιολογηθούν οι προσφορές τους, μόνο στα είδη που ζητούνται σύμφωνα με το παρακάτω παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών.

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ
1	RANEY CLIPS
2	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
3	ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΗΝΙΓΓΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΗΝΙΓΓΑΣ)
4	ΠΛΑΚΕΣ-ΒΙΔΕΣ ΚΡΑΝΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
5	ΤΡΙΠΛΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟΥ ΠΙΕΣΗΣ, ΙΣΤΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
6	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΗΝΙΓΓΑΣ
7	ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ
8	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ Ε.Ν.Υ.
9	ΣΕΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
10	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
11	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Ε.Ν.Υ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(σύμφωνα με την αρίθμηση του παραπάνω πίνακα των απαιτούμενων ειδών)

1. Προφορτωμένη ανταλλακτική κασετίνα των 15 raney clips , για πιστολοειδή λαβή πολλαπλών χρήσεων, να διατίθεται σε 3 τύπους πίεσης ευθύ και οδοντωτό. **Η εταιρεία να διαθέτει 2 πιστολοειδείς λαβίδες και 2 λαβίδες αφαίρεσης των clips.** Ελάχιστη ποσότητα φύλαξης 15 κασετίνες.

2. Αιμοστατικό νευροχειρουργικό βαμβάκι εγκεφάλου το οποίο χρησιμοποιείται σε όλες τις νευροχειρουργικές επεμβάσεις και είναι κατασκευασμένο από συμπιεσμένο ραγιόν. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα (να απορροφά 5 φορές το βάρος του σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο) και ευκαμψία, πυκνή ύφανση για περισσότερη αντοχή, X-RAY ανιχνεύσιμα και να διαθέτουν ραφή με κορδόνι αναγνώριση που δεν αποσπάται εύκολα σε πακέτο των 10 ,στις παρακάτω διαστάσεις:

7mm x 7mm
 13mm x 13mm
 19mm x 19mm
 13mm x 25mm
 25mm x 25mm
 13mm x 38mm
 13mm x 52mm
 13mm x 76mm
 25mm x 76mm
 76mm x 76mm

Ελάχιστη ποσότητα φύλαξης 10 πακέτα από κάθε διάσταση.

Απαιτείται δειγματισμός.

3. - Μήτρα μοσχεύματος σκληράς μήνιγγας μη συνθετική βιοαπορροφήσιμη, με αντισυμφυστική δράση από υπερκαθαρό κολλαγόνο τύπου 1 που επιτρέπει την ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό ινοβλαστών για

πλήρη αποκατάσταση της μήνιγγας . Εύπλαστη ανθεκτική με ενισχυμένη δομή (διπλή στρώση) πάχος 4mm για πλήρη συρραφή, διαστάσεων :

5 x 5 cm (2 τεμάχια)

7,5 x 7,5 cm (2 τεμάχια)

10 x 12,5 cm (1 τεμάχιο)

-Μόσχευμα μήνιγγας να προσομοιάζει με την ανθρώπινη σκληρά μήνιγγα, από κολλαγόνο χοίρειας ζελατίνης και πολυγαλακτικού οξέος, με διατήρηση διαφάνειας μετά την εμφύτευση, ουδέτερη ως προς άλλα υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, με απουσία φοράς τοποθέτησης, αυτοκόλλητη αλλά και συρραφόμενη όπου αυτό καταστεί αναγκαίο, με πάχος έως 0,5 mm διαστάσεων :

2,5 x 2,5 cm (2 τεμάχια)

6 x 8 cm (2 τεμάχια)

15 x 15 cm (1 τεμάχιο)

Απαιτείται δειγματισμός.

4. Προαποστειρωμένα σετ κρανιοπλαστικής με προκαθορισμένο αριθμό περιεχομένου υλικού και δύο τύπους πλακών (τύπος I: Μία -1- πλάκα τύπου ροζέτας και έξι -6- βίδες, τύπος II: Τρεις ευθείες πλάκες medium-long δύο οπών με αυχένα και έξι -6- βίδες) . Σε κάθε σετ να περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες βίδες (αριθμός ανάλογος με τον αριθμό των οπών των πλακών που περιλαμβάνονται). Οι βίδες να είναι αυτοκόπτουσες με διάμετρο 1.5mm και ύψος 4mm-5mm και το ύψος των πλακών να μην υπερβαίνει τα 0.6mm. Το σετ να φέρει αυτοκόλλητες ταινίες στην κάτω πλευρά της συσκευασίας για τη σταθερή στερέωση του στο τραπέζι εργαλειοδοσίας επιτρέποντας τη σταθερή και εύκολη συγκράτηση των βιδών. Απαραίτητη κρίνεται η παροχή των σχετικών εργαλείων για την εμφύτευση των υλικών. Πέραν των δύο προαναφερομένων τύπων σετ που απαιτούνται ζητείται να παρέχεται η δυνατότητα εξατομίκευσης και προσαρμογής του περιεχομένου του σετ όσον αφορά στον τύπο των πλακών και κατ' επέκταση στον αριθμό των βιδών σε περιπτώσεις τακτικών επεμβάσεων ψυχρών περιστατικών εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της προσπέλασης που θα επιλεγεί. Ελάχιστη ποσότητα φύλαξης :

Τύπος I (πλάκα τύπου ροζέτας) : 5 τεμάχια

Τύπος II (ευθείες πλάκες medium-long δύο οπών με αυχένα) :8 τεμάχια

Η εταιρεία υποχρεούται να αφήσει δύο κατσαβίδια τοποθέτησης στο νοσοκομείο.

Απαιτείται δειγματισμός.

5. Να μετρά ηλεκτρονικά σε έναν καθετήρα (micro tip) ταυτόχρονα την Ενδοκράνια πίεση, την Θερμοκρασία και την Ιστική Οξυγόνωση του εγκεφάλου. Να είναι μηδενισμένοι από τον κατασκευαστή ώστε να μην χρειάζονται μηδενισμό από τον χρήστη(plug and play). Να έχουν σύστημα οπτικής μέτρησης ώστε να μην υπάρχει κατανάλωση O2 από τον καθετήρα

Να διατηρούνται το ελάχιστο για δύο χρόνια σε θερμοκρασία δωματίου

Στους καθετήρες να υπάρχει σύστημα μέτρησης για τον υπολογισμό του βάθους του καθετήρα.

Να έχει χρώμα ώστε να είναι ευδιάκριτος από τους επιδέσμους του ασθενούς.

Να προσφερθούν τα ειδικά συστήματα στερέωσης του καθετήρα καθώς και οι αντίστοιχες φρέζες.

Να παραχωρηθεί το Monitor σύνδεσης του καθετήρα για την καταγραφή των τριών παραμέτρων

Να φέρει CE mark. Να διατίθεται και χειροτρύπανο τοποθέτησης του καθετήρα.

Ποσότητα φύλαξης 2 σετ.

6. Στεγανοποιητική υδρογέλη πολυαθυλικής γλυκόλης για μήνιγγα εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης 5ml. Να μην είναι σε μορφή σπρέι. Να διατίθεται και ακροφύσιο μακρύ.

Ποσότητα φύλαξης 3 τεμάχια.

7. Οστικό μόσχευμα σε μορφή Putty αποτελούμενο από ίππειο φλοιό-σπογγώδες οστικό μείγμα με νανοκρυστάλλους υδροξυαπατίτη σε ποσοστό 80% (μέγεθος κόκκου 300μm) και 20% γέλη κολλαγόνου όπου η σύσταση του να διευκολύνει την πήξη του αιματος επιδεικνύοντας οστεοαγώγιμη συμπεριφορά. Να διατίθεται σε προφορτωμένη σύριγγα του 1cc και να είναι έτοιμο προς χρήση.

Ποσότητα φύλαξης 2 τεμάχια.

8. Σετ εξωτερικής παροχέτευσης E.N.Y. Η παροχέτευση να μην περιέχει latex και PVC. Να

διαθέτει διπλή κλίμακα πίεσης υψηλής ορατότητας σε mmHg (-3 έως 20) και cmH₂O (-5 έως 27).

Να διαθέτει κύλινδρο χωρητικότητας 100ml με υδρόφοβο φίλτρο. Ο ασκός συλλογής να έχει

χωρητικότητα 700ml. Να υπάρχει δυνατότητα ευθυγράμμισης με σκόπευτρο laser. Να μπορεί να

συνδεθεί και με κοιλιακό καθετήρα και οσφυϊκό καθετήρα. Να περιέχει κοιλιακό καθετήρα για

παροχέτευση E.N.Y. , μήκους 35cm και πάχους 1,5mm ή 1,9mm εμποτισμένο με

αντιβιοτικό Clindamycin & Rifampicin.

Ποσότητα φύλαξης 4 σετ. Απαιτείται δειγματισμός.

9. Σετ προγραμματιζόμενων βαλβίδων παροχέτευσης υδροκεφάλου αποτελούμενο από:

- Οδηγό περιτοναϊκού καθετήρα (Tunneler) εύκαμπτο μήκους 65cm

- Σετ κοιλιακού καθετήρα μήκους 14 cm και περιτοναϊκού καθετήρα μήκους 120 cm εμποτισμένων με αντιβιοτικό Clindamycin & Rifampicin.

- Βαλβίδα υδροκεφάλου προγραμματιζόμενη μαγνητικά. Να μπορεί να ρυθμιστεί σε 8 διαφορετικές πιέσεις και με επιλογή “κλεισίματος” της βαλβίδας, ελάχιστης πίεσης 400mmH₂O. Να είναι MRI ανθεκτική έως τα 3 Tesla.

Ποσότητα φύλαξης 2 σετ. Η εταιρία υποχρεούται να παρέχει και το μηχανισμό εξωτερικής ρύθμισης της βαλβίδας.

10. Μη υφασμένο υλικό με διάταξη πολλών στοιβάδων που προορίζεται για την γρήγορη αιμόσταση τριχοειδικών ή μικρών αγγείων σε επεμβάσεις εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης , από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη, να περιέχει βακτηριοκτόνα συστατικά, να κάνει ελάχιστη αντίδραση με τους ιστούς, 100% απορροφήσιμο σε διαστάσεις :

5 x 5 cm (4 τεμάχια)

5 x 10 cm (4 τεμάχια)

10 x 10 cm (4 τεμάχια)

Απαιτείται δειγματισμός.

11. Εξωτερική οσφυϊκή παροχέτευση E.N.Y. με οσφυϊκό καθετήρα ακτινοσκιερό μήκους περίπου 80 cm closed tip. Ποσότητα φύλαξης 1 τεμάχιο.