



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 01/08/2022
Αριθ. Πρωτ.:45

Γενική Διαχείριση
Πληροφορίες
Τηλ.: 22713/50106
E-mail: paragelies@xioshosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VAC» CPV:33140000-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ.221/07-02-2022 (ΑΔΑ:6ΤΙΞ469073-Γ96), απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VAC» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
2. Την υπ' αριθ.302/14-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΔΥ469073-ΖΦΥ) ανάληψη πίστωσης.
3. Τη με αριθμ.πρωτ.22/13-07-2022 (ΑΔΑ:Ψ91Ω469073-ΡΤΛ) απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν Χίου.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια **«ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VAC»** (CPV:33140000-3), (ΚΑΕ:1311.01), με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του. Προϋπολογισμός 15.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VAC (CPV:33140000-3)
Προϋπολογισμός Δαπάνης	15.000,00 ΜΕ ΦΠΑ
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 1311.01 • Ανάληψη Υποχρέωσης :302/14-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΔΥ469073-ΖΦΥ)
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Γενικής Διαχείρισης)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: paragelies@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	13/08/2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 μμ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Γενικής Διαχείρισης)
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν είκοσι (120) ημέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)</p>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

<p>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</p>	<p>Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
<p>Υπογραφή σύμβασης</p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (αρ.21 Ν.4782/21).</p>

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- Τέλος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρίες υποχρεούνται – **επί ποινή απόρριψης** – να τα αποστείλουν άμεσα.

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ SMALL	7	ΤΕΜ	7X174,00= 1.218,00	9%	1.327,62
2	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ MEDIUM	30	ΤΕΜ	30X194,00= 5.820,00	9%	6.343,80
2	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ LARGE	10	ΤΕΜ	10X212,00= 2.120,00	9%	2.310,80
4	ΣΕΤ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ABDOMINAL	6	ΤΕΜ	6X220,00= 1.320,00	9%	1.438,80
5	ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ	30	ΤΕΜ	30X95,00= 2.850,00	9%	3.334,50
6	ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΤΑΧΥΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 10X10	52	ΤΕΜ	52X4,30= 223,60	9%	243,72

Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Κάνιστρο συλλογής υγρών (Α/Α 5)
 - a. Να είναι τουλάχιστον 1000ml
 - b. Συμβατό με την αντλία και τα σετ σπόγγου που προσφέρονται.
 - c. Να διαθέτει άνθρακα για απορρόφηση των οσμών
 - d. Να διαθέτει φίλτρο με ή χωρίς βαλβίδα ανεπίστροφης.
2. Το σετ σπόγγου με άργυρο (Α/Α 1,2,3) να περιλαμβάνει τα εξής :
 - a. Σπόγγο μεγέθους Small , Medium, Large με ομοιογενώς κατανεμημένο άργυρο σε όλη την δομή του
 - b. Τουλάχιστον 1 διαφανή κολλητική μεμβράνη
 - c. Δίσκο παροχέτευσης
 - d. Αποστειρωμένο σωλήνα σύνδεσης Luerconnector με κλείστρο (κλάπα)
3. Το σετ Abdominal ανοικτών κοιλιακών τραυμάτων (Α/Α 4) να περιλαμβάνει τα εξής :
 - a. Τουλάχιστον 1 σπόγγο μεγάλης διάστασης
 - b. Τουλάχιστον 1 μη συγκολλητική μεμβράνη κατάλληλα σχεδιασμένη για προστασία των ζωτικών οργάνων του ασθενούς.
 - c. Τουλάχιστον 2 αποστειρωμένους σωλήνες με αυτοκόλλητους δίσκους αναρρόφησης με κλείστρο
 - d. Τουλάχιστον 2 αυτοκόλλητες αποστειρωμένες μεμβράνες

4. Πλέγμα με παράγοντα επιτάχυνσης επούλωσης τραύματος (A/A 6)

- a. Το πλέγμα να είναι υδροκολοειδές με παραφίνη – βαζελίνη για την αποφυγή προσκόλλησης τους πλέγματος στο τραύμα
- b. Να περιέχει παράγοντα επιτάχυνσης επούλωσης τραύματος
- c. Να είναι 10X10 cm περίπου.

Το A/A 6, είναι συμπληρωματικό των A/A 1,2,3 και οι προσφέρουσες εταιρίες μπορούν να το προσφέρουν είτε μέσα στα σετ των A/A 1,2,3 ή και ξεχωριστά.

Ο μειοδότης των A/A 1,2,3 θα προκύψει

- Από το άθροισμα των επιμέρους τιμών των A/A 1 ή A/A 2 ή A/A 3 συν A/A 6 (στην περίπτωση που το A/A 6 προσφερθεί ξεχωριστά)
- Μόνο από την τιμή που προσφέρεται στα A/A 1 ή A/A 2 ή A/A 3 (στην περίπτωση που το A/A 6 περιλαμβάνεται μέσα στο σετ των A/A 1,2,3).

Στην περίπτωση που υπάρχει μειοδότης που να προσφέρει το A/A 6 εκτός των σετ A/A 1,2,3 τότε η ποσότητα προμήθειας από το A/A 6 θα είναι ανάλογα με τα τεμάχια των ειδών που θα μειοδοτήσει.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από 1 μειοδότης τότε το A/A 5 μοιράζεται ανάλογα σε ποιο / ποια είδη από τα A/A 1,2,3,4 έχει μειοδοτήσει.

Το σύστημα επούλωσης τραύματος με θεραπεία κενού θα πρέπει να υποστηρίζεται όλο τον χρόνο και καθημερινά από εξειδικευμένο τεχνικό στη Χίο.

Η αντλία θα πρέπει να παραχωρείται δωρεάν για την χρήση των συμβατών αναλώσιμων σετ.

Η ίδια η αντλία θα πρέπει να είναι συμβατή με όλα τα προσφερόμενα είδη. Επίσης η αντλία κενού να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Συνεχή, διαλείπουσα και μεταβαλλόμενη λειτουργία αρνητικής πίεσης
- Να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς
- Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία για αυτονομία λειτουργίας.