



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 22-11-23
Αριθ. Πρωτ.: 109

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Β. ΠΑΓΟΥΔΗ
Τηλ.: 2271350258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (αρ.118 και αρ.120 Ν.4412/16)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ»

Π/Υ ΈΩΣ 6.618,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

CPV 33141200-2 ΚΑΙ 33141641-5

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ.27/3-8-22 απόφαση του Δ.Σ.(ΑΔΑ:62Π0469073-8Σ0) απόφαση του ΔΣ του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ**» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
2. Την υπ' αριθ.59/25-10-23 απόφαση του Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΨΗ24469073-15Ζ) απόφαση του ΔΣ του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία της πρόσκλησης συλλογής προσφορών.
3. Την υπ' αριθ. 2145/2-11-23 (ΑΔΑ:Ψ5ΒΩ469073-9Ω7) ανάληψη πίστωσης.
4. Την υπ. αριθ. 44/18-11-22 απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ**» (για τα είδη τα οποία δεν κατακυρώθηκαν από τον αρχικό διαγωνισμό) με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ Π/Υ CPV	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Π/Υ 6.618,00 (CPV 33141200-2 ΚΑΙ 33141641-5)
Χρηματοδότηση	• ΚΑΕ 1311 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 2145/2023
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: promithion@xioshosp.gr ή έντυπο φάκελο οικονομοτεχνικής προσφοράς σε περίπτωση δειγμάτων, κατάθεσης στο γραφείο πρωτοκόλλου
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	05-12-23 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος/χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) 06-12-23 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.
Δημοσιότητα	• ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94 Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95 Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ,ΦΠΑ, συνολική τιμή).

Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης	Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά του, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους , εκτός από το Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του οποίου η έκδοση πρέπει να είναι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του: - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Αναπροσαρμογή τιμών	Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών,(αρ.53 παρ.9 Ν.4412/16) όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται διάρκεια της σύμβασης μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους περιορισμούς του <u>άρθρου 132</u> , περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.

- Ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών.
- Επί της προσφοράς του ο συμμετέχων θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
- Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας των ειδών.
- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ.200 Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
- Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του κάθε είδους .
- Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του Ν.4412/16, καθώς και σε περίπτωση συμφωνίας – πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β'3103/20.06.2022.
- Τέλος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρίες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης – να τα αποστείλουν άμεσα.
- Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στην σελίδα 8 της παρούσας, σε ποσοστό και ως εξής: έως εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και έως ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας, σύμφωνα με το άρθ.105 παρ.1 του ν.4412/16 όπως ισχύει.
- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ.132 του Ν.4412/16.
- Οι ποσότητες των ειδών δύναται να αναπροσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου χωρίς να τροποποιηθούν οι όροι της σύμβασης και η οικονομική φύση της.

Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Ελένη Κανταράκη

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 2- WAY

III. Καθετήρας **Foley-Tiemann 2 way**, (για στενώσεις ουρήθρας) διαφανής, σκληρής σύστασης με λεπτά τοιχώματα ,ευρύ εσωτερικό αυλό , με μία οπή , μήκους **40cm – 42cm** περίπου . Υδροθάλαμος **3 – 15ml**.

Μεγέθη: **10 - 12 – 14 – 16 – 18Ch**.

2. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ

- I. Καθετήρας τύπου **Nelaton** αποστειρωμένος, από **PVC** με ασηπτικό, συμπαγές ατραυματικό κυστικό άκρο ελαίας, με ευρείες οπές και σε μεγέθη: **8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20Ch**.
- II. Καθετήρας τύπου **Tieman** αποστειρωμένος, από **PVC** με ασηπτικό, συμπαγές, ατραυματικό κυστικό άκρο ελαίας, με ευρείες οπές και σε μεγέθη: **8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20Ch**.

3. ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ

I. Ουρητηρικός καθετήρας, ανοικτού άκρου από **PVC**, **υδρόφιλη επικάλυψη**, αποστειρωμένος μιας χρήσης, μήκους **70cm**, ακτινοσκιερός, με σήμανση τοποθέτησης για δεξιό ή αριστερό ουρητήρα, εκατοστιαία διαβάθμιση και **5cm**, εσωτερικό σύρμα και χωριστό **Luer-Lock** υποδοχέα.

Με **κυρτό άκρο** και κεντρικό άνοιγμα.

Μεγέθη: **5Ch - 6Ch - 7Ch**.

4. ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ

I. Ουρητηρικοί καθετήρες (basket) για έλξη ουρητηρικών λίθων, για χρήση μέσω ουρητηρονεφροσκοπίου μήκους **115cm**, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, με καλαθάκι μήκους **40mm** από ανοξείδωτο ατσάλι αποτελούμενο από 5 ελικοειδή σύρματα, διαμέτρου **3Ch**, ακτινοσκιεροί, διαβαθμισμένοι.

5. ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

Καθετήρας υπερηβικής παρακέντησης, από **100%σιλικόνη**, με ενισχυμένο ακτινοσκιερό ανοικτό άκρο, με δύο πλευρικές οπές, με μπαλόνι **3 - 15ml**, μήκους περίπου **40cm**. Να συνοδεύονται από βελόνα από πλαστικό υλικό (όχι μεταλλικό) διαιρούμενη κατά μήκος, νυστέρι βαθμονομημένο ουροσυλλέκτη **2 lt** κλειστού τύπου και αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης.

Μεγέθη: **12 - 14 - 16 - 18Ch**.

6. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Καθετήρας **LEVIN** διπλού αυλού **PVC**, ακτινοσκιερός, ή μη ακτινοσκιερός, ατραυματικός, κλειστού άκρου με **10** πλαινές οπές, βαθμονομημένοι, στα **44, 45, 46** και **75cm**, και **120cm**, με συνδετικό για το κλείσιμο των δύο αυλών σε μεγέθη: **6 , 8 , 21Ch**, μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι.

7. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN

Καθετήρες **LEVIN** από το **PVC**, ακτινοσκιεροί, ή μη ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από **5** έως **75cm**, ατραυματικοί κλειστού άκρου με **4** πλάγιες οπές, μήκους **125cm** σε μεγέθη: **6 - 21Ch**, μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι.

8. ΦΛΕΦΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ

ΥΛΙΚΟ: Να είναι ιστοσυμβατό **PTFE** και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ: Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης **4 ½** έτη από της παραλαβής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δε σκίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.

ΜΕΓΕΘΗ: **14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25G**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- i. Να είναι κατασκευασμένοι βάση των ISO-standards και να φέρουν πιστοποίηση προδιαγραφών (CE-Mark).
- ii. Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
- iii. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
- iv. Ο οδηγός - στυλέος να έχει πολύ καλή εφαρμογή με το καθετήρα ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση.
- v. Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.
- vi. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή τουλάχιστον **48** ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους).
- vii. Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή **Luer - Lock** για την ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.
- viii. Πτερύγια στήριξης.

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Πλαστικό ή χάρτινο μανόμετρο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- i. Φλεβικός καθετήρας μήκους περίπου **25cm**, με πτερύγια στήριξης.
- ii. Λεπτό **trocac** για βλεφοκέντηση.
- iii. Σύριγγα μιας χρήσεως.
- iv. Συρμάτινος οδηγός.
- v. Διαστολέας.

10. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

- i. Να αναγράφεται το υλικό κατασκευής.
- ii. Μήκος: **45cm** ή **60cm** περίπου για χρήση μέσω τραχειοστομίας ή στοματοτραχειακού σωλήνα.
- iii. Άκρο: τραυματικό-ανοιχτό με ή χωρίς πλάγιες οπές.
- iv. Να αναφέρεται η ύπαρξη ειδικής γωνίωσης για ευέλεκτη εισαγωγή δεξιά ή αριστερά.
- v. Να φέρει βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης.
- vi. Μεγέθη: **6 – 8 – 10 -12- 14 – 16 - 18 - 20Fr (14 - 16 Fr για ενήλικες)**.
- vii. Να αναφέρεται εάν προσφέρεται με προστατευτικό κάλυμμα.
- viii. Να προσφέρεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία.
- ix. Να φέρει σήμανση CE.

11. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

- i. Συστήματα κλειστού κυκλώματος αναρρόφησης συνδεδεμένο με σύστημα πλύσης του καθετήρα με φιαλίδια.
- ii. Να διαθέτει σε πλήρη σειρά μεγεθών από **6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 - 20Fr** κυρίως όμως από **10 – 12 – 14 - 16Fr** για ενήλικες.

- iii. Να διακρίνεται για χρήση σε ενδοτραχειακούς σωλήνες (μήκος 55cm περίπου) και για σωλήνες τραχειοστομίας (μήκος 30cm περίπου).
- iv. Να μην χρειάζεται αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα κατά την διαδικασία αναρρόφησης.
- v. Να στερεώνεται στερεά στο σύστημα σωληνώσεων χωρίς να σπάνε-ραγίζουν τα συνδετικά.
- vi. Να είναι εύκολο στην χρήση του.
- vii. Να φέρει διαβαθμίσεις για τον καθορισμό του βάθους αναρρόφησης.
- viii. Να περιγράφεται το υλικό κατασκευής του καθετήρα.
- ix. Το δε άκρο του να είναι ατραυματικό και να περιγράφεται εάν φέρει πλάγιες οπές.
- x. Να είναι αποστειρωμένο και ανα τεμάχιο κλειστό..
- xi. Να φέρει βαλβίδα αναρρόφηση και σύστημα έκχυσης – πλύσης.
- xii. Σήμανση CE.
- xiii. Να συνοδεύεται από φιαλίδια πλύσης ενσωματωμένα ανά καθετήρα ή σε συνολικότερη συσκευασία.

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

1. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΟΣ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΗΜΑ.

- ♦ Τετρακάναλος πολυαυλικός καθετήρας σιλικόνης με συνοδευτική παροχέτευση αίματος, εξιδρώματος και άλλων βιολογικών υγρών μετά από χειρουργική επέμβαση.
- ♦ Τόσο ο κυκλικός, όσο και ο επίπεδος να φέρουν τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ροής των υγρών, να φέρουν ακτινοσκοπική γραμμή και εμφανή ένδειξη διαβάθμισης, να είναι από ατοξική, απυρετογόνο σιλικόνη 100%, ανθεκτική, εύκαμπτη και να εξασφαλίζουν την υψηλή ροή παροχέτευσης, να μην θρομβώνουν και να είναι ιδανικοί για μεγάλη ποικιλία χειρουργικών επεμβάσεων.
- ♦ Να φέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, σε μεγέθη 21Fr και να φέρει σήμανση CE.

2. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΕΗΡ

Παροχέτευση τύπου ΚΕΗΡ (T - tube) από Latex ή μαλακή σιλικόνη, ακτινοσκοπική.
Μεγέθη: 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5mm.

3. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ PENROSE

Παροχέτευση από καλής ποιότητας LATEX, να παρέχεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία.
Μεγέθη: 0,5 – 0,75 – 1 inches.

4. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΩΤΟΣ

Σωλήνας παροχέτευσης κεραμιδωτός, ακτινοσκοπικός από σιλικόνη, σε αποστειρωμένη συσκευασία με καρφίδα ασφαλείας (παραμάννα).
Μεγέθη: 8– 12mm.

5. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ TROCAR ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ TROCAR

- I. Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος με trocar νεογνών.** Να είναι από **PVC**, ακτινοσκοπικός, βαθμονομημένος κάθε **2cm**. Να φέρει **trocar** αιχμηρό, ατραυματικό. Να είναι **LATEX free**, μιας χρήσεως, αποστειρωμένος.
Μεγέθη: **8 - 10 Fr** μήκους **8cm**.
- II. Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος με trocar παιδών.** Να είναι από **PVC**, ακτινοσκοπικός, βαθμονομημένος κάθε **2cm**. Να φέρει **trocar** αιχμηρό, ατραυματικό και δακτύλιο σύνδεσης - στερέωσης και να έχουν δύο πλαϊνές οπές. Να είναι **LATEX free**, μιας χρήσεως, αποστειρωμένος.
Μεγέθη: **12 - 14 - 18Fr** μήκους **15cm**,
- III. Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος με trocar ενηλίκων.** Να είναι από **PVC**, ακτινοσκοπικός, βαθμονομημένος κάθε **2cm**. Να φέρει **trocar** αιχμηρό, ατραυματικό και δακτύλιο σύνδεσης - στερέωσης και να έχουν δύο πλαϊνές οπές. Να είναι **LATEX free**, μιας χρήσεως, αποστειρωμένος.
Μεγέθη: **14 - 18 - 20 - 24 - 28 - 30Fr** μήκους **28cm**
- V. Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος σιλικόνης χωρίς trocar.** Να είναι διαφανής, ακτινοσκοπικός, ευθύς με στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο. Να είναι **LATEX free**, μιας χρήσεως, αποστειρωμένος.
Μεγέθη: **18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36Fr** μήκους **50cm**.

Α ΠΙΝΑΚΑΣ – ΕΙΔΗ – Π/Υ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΤΕΜ.)	Π/Υ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ
1 III	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 2- WAY 10 12 14 16 18 ch	10 10 10 20 20	50,00 12,5 12,5 25,00 25,00	9%
2 I	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ 8 10 12 14 16 18 20	50 50 200 200 100 300	47,5 47,5 190,00 190,00 95,00 360,00	9%
2 II	8 10 12 14 16	50 50 50 100 100 100	47,5 35,00 35,00 70,00 70,00 70,00	

23PROC013825508 2023-11-24

	18 20 ch	100 50	70,00 35,00	
3	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 5 6 7 ch	10 10 10	80,00 80,00 80,00	9%
4	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ	1	250,00	17%
5	ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ (1ΤΕΜ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ)	4	110,00	9%
6	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΔΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 6 8 21 ch	5 5 10	8,00 8,00 16,00	9%
7	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 6 8 10 12 14 16 18 21ch	50 50 50 50 50 50 50 50	97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00	9%
8	ΦΛΕΦΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 14 16 18	100 100 100	77,00 77,00 59,00	9%

	20	100	59,00	
	22 G	100	59,00	
	25G	10	7,7	
9	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	30	83,4	9%
10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6 8 10 12 14 16 18 20FR	100 100 100 100 100 100 100 100	17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00	9%
11	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 6 ΈΩΣ 20 FR	30	37,5	9%

Β ΠΙΝΑΚΑΣ – ΕΙΔΗ – Π/Υ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	Π/Υ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ
1	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΟΣ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΗΜΑ.	1	20,00	9%
2	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΕΗΡ . 3 3,5 4 4,5 5 5,5MM	1 1 1 1 1 1	8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5	9%
3	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ PENROSE 0,5 0,75 1INCES	10 10 10	20,00 20,00 20,00	9%

4	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΩΤΟΣ	5	20,5	9%
	8	10	20,5	
	10	10	20,5	
	12MM			
5	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ TROCAR			9%
	8 ΝΕΟΓΝΩΝ	15	285,00	
	10 ΝΕΟΓΝΩΝ	15	285,00	
	12 ΠΑΙΔΩΝ	10	190,00	
	14 ΠΑΙΔΩΝ	10	190,00	
	18 ΠΑΙΔΩΝ	10	190,00	
	14 ΕΝΗΛΙΚΩΝ	10	190,00	
	18 ΕΝΗΛΙΚΩΝ	10	190,00	
	20 ΕΝΗΛΙΚΩΝ	10	190,00	
	24 ΕΝΗΛΙΚΩΝ	10	190,00	
	28 ΕΝΗΛΙΚΩΝ	10	190,00	
	30 FR ΕΝΗΛΙΚΩΝ	10	190,00	
	ΧΩΡΙΣ TROCAR	1	14,00	
	18	1	14,00	
	21	1	14,00	
	24	1	14,00	
	27	1	14,00	
	30	1	14,00	
	33	1	14,00	
	36FR			

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 6.618,00 ΜΕ ΦΠΑ