



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2^η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »
Ταχ. Δ/ση: Ελενας Βενιζελου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΧΙΟΣ: 30/08/2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.62

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ.: 2271350106

Φαξ:2271350241

Email:paragelies@xioshosp.gr

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια του παρακάτω είδους.

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 17%
1		ΑΚΟΟΓΡΑΦΟΣ	1	1.990,00	1.990,00	2.328,30
	ΣΥΝΟΛΟ					

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αριθμός Αιτήματος	12169/02-08-2021
ΚΑΕ	7131.01
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Τετάρτη 01/09/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Παρασκευή 03/09/2021
Τρόπος υποβολής προσφορών	ΦΑΞ:2271350241 e – mail:paragelies@xioshosp.gr

Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ακοογράφος να εκτελεί: Ακουομετρία καθαρού τόνου, Αέρος, Οστού, Ομιλίας, Autothreshold, παιχνιδο-ακουομετρία (προαιρετικά).

· Να έχει διαστάσεις 180x135,41χλ. και βάρος: 450g.

- Να διαθέτει οθόνη αφής TFT 7ιντσών, με ανάλυση 800x480 στα 133 pixels ανά ίντσα.
- Να έχει σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και λογισμικό διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων.
- Να έχει θύρες Σύνδεσης: Nr. 1 USB hosttype A, Nr 1 miniUSBslavetypeB.
- Να έχει λογισμικό συμβατό με Windows.
- Να έχει τροφοδοσία, 100-240 VAC/0,3A 50/60 Hz με διάρκεια φόρτισης έως το 80%, δύο ώρες.
- Να διαθέτει ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθου 3,6V/3,1Ah με αυτονομία τριών ωρών.
- Να έχει ISO 13485, ISO 9001, MDD 93/42/EEC, ClassIIa, IEC 60601-1, EMC:IEC 60601-1-2

Να έχει χαρακτηριστικά ακουομετρίας

- Εύρος συχνοτήτων αγωγιμότητας αέρος (AC): 125-8.000 Hz
 - Εύρος συχνοτήτων αγωγιμότητας οστού (BC): 250-6000 Hz
 - Εύρος ερεθίσματος: από -10 ως 110Dbhl
 - Εύρος ερεθίσματος BC: από -10 ως 70dBHL
 - Ακρίβεια Συχνότητας <0,5%
 - Ακρίβεια Παραμόρφωσης <1%
 - Γραμμικότητα εξασθένησης με βήμα 1dB για κάθε 5dB με μέγιστο τα 3dB για όλο το εύρος
- Ακουομετρία Καθαρού τόνου: ημιτονικό σήμα από 125 έως 8 KHz
- Ακουομετρία με διαμόρφωση συχνότητας: +- 5% της συχνότητας του διαμορφωμένου σήματος, διαμόρφωση σήματος 5 Hz
 - Θόρυβος στενής λωρίδας: 24dB/ φιλτραρισμένο θόρυβο
 - Θόρυβος ομιλίας: 1 KHz 12dB/φιλτραρισμένο θόρυβο

Να έχει προβολή και διαμόρφωση ερεθισμάτων

- Προβολή: Κανονική
- Διαμόρφωση: Συνεχόμενο ή παλμικό σήμα (2 Hz) με βήματα 1, 2 και 5 dB

Να έχει εξόδους

- ACR,ACL: DD45ακουστικά, IP30 (προαιρετικά)
- BC: B71W

Να έχει βασικά παρελκόμενα:

- DD45 ακουστικά
 - B71W αγωγός οστού
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο για επικοινωνία με τον ασθενή
- Κουμπί ανταπόκρισης για τον ασθενή
 - Εγχειρίδιο Χρήσης
- Λογισμικό εγκατάστασης για ηλεκτρονικό υπολογιστή
- Καλώδιο τροφοδοσίας (100-240 V)
 - Βάση φόρτισης
 - Τσάντα μεταφοράς
 - USB με υλικό ομιλίας σε πολλές γλώσσες

Να έχει τα παρακάτω προαιρετικά χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικό πληκτρολόγιο USB
- IP30 ακουστικά
- Παιδιατρικά ακουστικά (AC ή BC)
- Λογισμικό παιχνιδο- ακουομετρίας για παιδιά
- VTMR τεστ για ενήλικες
- WI-fi θερμικός εκτυπωτής

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές του παρατηρητηρίου ή σύμφωνα με τις τιμές της τελευταίας σύμβασης. Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας:(ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, και ΦΠΑ), ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Αριθμός Αιτήματος	Περιγραφή Υλικού	Τιμή μονάδας € (χωρίς ΦΠΑ)	Κωδικός Παρατ/ρίου	Τιμή Παρατ/ρίου	Κωδικό Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – επί ποινή απόρριψης – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου, αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ε. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ