



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
2<sup>η</sup> Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ**  
**« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »**  
Ταχ. Δ/ση: Ελενας Βενιζελου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΧΙΟΣ: 18/08/2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.57

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ.: 2271350106

Φαξ:2271350241

Email:paragelies@xioshosp.gr

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ****ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια του παρακάτω είδους.

**Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 17%
1		ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ	6	350,00/ΤΕΜ	2.100,00	2.457,00
	ΣΥΝΟΛΟ					

**Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

Αριθμός Αιτήματος	12052/29-07-2021
ΚΑΕ	9459
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Πέμπτη 02/09/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	<b>Δευτέρα 06/09/2021</b>
Τρόπος υποβολής προσφορών	<b>ΦΑΞ:2271350241</b> <b>e – mail:paragelies@xioshosp.gr</b>

**Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τροχήλατη αναρρόφηση δικτύου η οποία να καλύπτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ρυθμιστή κενού μεμβράνης που εγγυάται αξιοπιστία και βέλτιστη ρύθμιση, με πλαστικό σώμα και κάλυμμα που προστατεύει από διάβρωση.

1. Κλίμακα ρύθμισης 0-1000 mbar

2. Να διαθέτει διακόπτη on/off της λειτουργίας της.
3. Η ρύθμιση του κενού να πραγματοποιείται με περιστροφικό διακόπτη και να διαθέτει υψηλή ευαισθησία.
4. Να διαθέτει πολυκαρβονικό δοχείο κατακράτησης 100 cc, αποστειρώσιμο στους 134°C, άθραυστο που διαθέτει βαλβίδα υπερχειλίσης και πλαστικό αντιβακτηριακό φίλτρο μίας χρήσης
5. Μέγιστη ροή 120 l/min
6. Τροχήλατη βάση από υλικό αντοχής με στατώ και πέντε περιστρεφόμενες ρόδες, εκ των οποίων οι δύο να διαθέτουν φρένο, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της όλης κατασκευής.
7. Δύο φιάλες χωρητικότητας 4lt, στηριζόμενες σταθερά στην τροχήλατη βάση. Το καπάκι τους να διαθέτει φλοτέρ.
8. Να διαθέτει φίλτρο μεταξύ του δοχείου εκκριμάτων και του ρυθμιστή πίεσης.
9. Να διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης 7X13 mm για σύνδεση σε επιτοίχια λήψη κενού μέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου, μήκους τουλάχιστον 3m, κατάλληλος για αναρρόφηση, κλιβανιζόμενος σε ατμό, ελεύθερος από latex, υψηλής ελαστικότητας αλλά και σκληρότητας ώστε να μη διπλώνει.
10. Οι σωλήνες που συνδέονται στο δοχείο εκκριμάτων να είναι από σιλικόνη περίπου 7X13 mm και μήκους τουλάχιστον 3m, κλιβανιζόμενος σε ατμό, ελεύθερος από latex, υψηλής ελαστικότητας αλλά και σκληρότητας ώστε να μη διπλώνει.
11. Να διαθέτει δύο φιαλίδια τοποθέτησης καθετήρα (40 cm) κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό στην αποστείρωση, με ανοξείδωτη θήκη για την τοποθέτησή τους.
12. Κατασκευή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά standards επιτοίχιων αναρροφήσεων EN ISO 10079-3.
13. Εμφανή ένδειξη της σήμανσης CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση.

#### **Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές του παρατηρητηρίου ή σύμφωνα με τις τιμές της τελευταίας σύμβασης. Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ( ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, και ΦΠΑ), καθώς και τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – επί ποινή απόρριψης – ο χρόνος παράδοσης του προσφερόμενου είδους. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί το προσφερόμενο είδος να είναι ετοιμοπαράδοτο, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου, αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν

αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

**Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**Ε. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ**