

2^η Υ.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Δρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΧΙΟΣ 24/04/2016

ΠΡΟΣ : Γραφείο προμηθειών

ΘΕΜΑ: Απάντηση εγγράφου Α.Π 281/18-7-14

Τεχνικές προδιαγραφές, φιλμ για dry camera (35x43cm).

- Να είναι κατάλληλο για dry camera Agfa τύπου dry star 5503.
- Να μπορεί να ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις οπτικής πυκνότητας και αντίθεσης για εξετάσεις απλών ακτινογραφιών καθώς και αξονικού και μαγνητικού τομογράφου.
- Να είναι τεχνολογίας direct digital imaging.
- Να είναι blue base .
- Η μέγιστη οπτική πυκνότητα να είναι μεγαλύτερη του 3.
- Να χρησιμοποιείται σε φως ημέρας και να παραδίδεται με τη κατάλληλη συσκευασία (100 φιλμ ανά κιβώτιο).
- Η ημερομηνία λήξης των φιλμ να είναι τουλάχιστον 18 μήνες μετά από την ημερομηνία παράδοσης.
- Να υπάρχουν οδηγίες αποθήκευσης χρήσης πριν και μετά από την εκτύπωση.

Τεχνικές προδιαγραφές, φιλμ για dry camera (20x25cm -25x30cm-ΜΑΜΜΟ).

- Να είναι κατάλληλο για dry camera Agfa τύπου dry star 5503.
- Να είναι κατασκευασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις οπτικής πυκνότητας ψηφιακής μαστογραφίας.
- Να είναι τεχνολογίας direct digital imaging.
- Να είναι blue base .

- Η μέγιστη οπτική πυκνότητα να είναι μεγαλύτερη του 3,6.
- Να χρησιμοποιείται σε φως ημέρας και να παραδίδεται με τη κατάλληλη συσκευασία (100 φιλμς ανά κιβώτιο).
- Η ημερομηνία λήξης των φιλμ να είναι τουλάχιστον 18 μήνες μετά από την ημερομηνία παράδοσης.
- Να υπάρχουν οδηγίες αποθήκευσης χρήσης πριν και μετά από την εκτύπωση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2. ΛΑΜΠΑΔΟΧΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΕΩΡΓΑΡΟΥΔΗ ΕΥΘΑΛΙΑ