



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2^η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥΑΡ.
« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »
Ταχ. Δ/ση: ΕλεναςΒενιζελου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΧΙΟΣ: 03-11-2020

ΠΡΩΤ.: οικ. 67

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ.: 2271350106 Φαξ:2271350241

Email:paragelies@xioshosp.gr

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια του παρακάτω είδους.

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 17%
1		ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΙΚΗΣ PCR (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)	1	1X15.299,15	15.299,15	17.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ					

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αριθμός Αιτήματος	14477/25-08-2020
ΚΑΕ	1359.01
Προϋπολογισμός	17.900,00
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Πέμπτη 05/11/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Δευτέρα 09/11/2020
Τρόπος υποβολής προσφορών	ΦΑΞ:2271350241 e – mail:paragelies@xioshosp.gr

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πολυπλεκτικής PCR με Συνοδό Εξοπλισμό

1. Ολοκληρωμένο σύστημα πολυπλεκτικήςPCR, το οποίο να συνοδεύεται από Η/Υ και από το αντίστοιχο πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος.
2. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE/IVD.
3. Να είναι απλό στη χρήση, με ελάχιστη απασχόληση προσωπικού, ώστε να είναι εφικτή η χρήση του και στην εφημερία. Να αναφερθεί ο χρόνος απασχόλησης ανά δείγμα.
4. Να διενεργεί τη λύση, τον πολλαπλασιασμό και την ανίχνευση των στόχων σε έναν αναλυτή χωρίς την παρέμβαση του χρήστη για την αποφυγή επιμολύνσεων.
5. Να εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά / αντιδραστήρια για την εξέταση μέσα στη συσκευασία και στο κόστος ανά εξέταση.
6. Να παρέχει αποτελέσματα μέσα σε 2 ώρες από την εισαγωγή του δείγματος στο σύστημα. Να αναφερθεί ο αντίστοιχος χρόνος.
7. Να ανιχνεύει ταυτόχρονα πολλά παθογόνα (βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα). Να αναφερθούν αναλυτικά οι στόχοι που ανιχνεύονται ανά είδος δείγματος.
8. Συγκεκριμένα να διαθέτει τα απαραίτητα αντιδραστήρια και υλικά για:
 - Ανίχνευση/ταυτοποίηση **μικροβίων, μυκήτων και γονιδίων αντοχής από θετικές αιμοκαλλιέργειες**. Να ανιχνεύονται πάνω από 20 στόχοι.
 - Ανίχνευση/ταυτοποίηση **ιών και μικροβίων από ρινοφαρυγγικά δείγματα**. Να ανιχνεύονται πάνω από 15 στόχοι **ΚΑΙ ο SARS Cov2**. Ποσότητα εξετάσεων / έτος:90
 - Ανίχνευση/ταυτοποίηση **ιών, μικροβίων και μυκήτων από ENY**. Να ανιχνεύονται πάνω από 12 στόχοι. Ποσότητα εξετάσεων / έτος: 30
 - Ανίχνευση/ταυτοποίηση **ιών και μικροβίων** (με ανίχνευση γονιδίων αντοχής) **από δείγματα BAL ή πτύελα**. Να ανιχνεύονται πάνω από 25 στόχοι.

Σύνολο 120 δείγματα/ έτος.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας:(ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, και ΦΠΑ), ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Αριθμός Αιτήματος	Περιγραφή Υλικού	Τιμή μονάδας € (χωρίς ΦΠΑ)	Κωδικός Παρατ/ρίου	Τιμή Παρατ/ρίου	Κωδικό Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – επί ποινή απόρριψης – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου, αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών ως κύρια θεωρείται αυτή με τα χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

E. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ