



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 31/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 5/2023

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Γ. ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ
Τηλ.: 22713/50258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ» CPV 33141110-4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.997,38 € ΜΕ ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ. αριθ. 1469/18-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΖΦΞ469073-ΡΡΣ) απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «Επιδέσμων» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
2. Την υπ. αριθ. 2467/22-11-2022 (ΑΔΑ:9ΧΝΕ469073-ZO9) ανάληψη πίστωσης.
3. Την υπ. αριθ. 110/07-02-2023 απόφαση Διοικήτριας για την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «Επιδέσμων» (CPV 33141110-4), (ΚΑΕ:1311), με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2022. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός **9.997,38 € με ΦΠΑ** και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (CPV: 33141110-4)
Προϋπολογισμός Δαπάνης	9.997,38 ΜΕ ΦΠΑ
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 1311 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 2467/2022 (ΑΔΑ: 9ΧΝΕ469073-ΖΟ9)
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: promithion@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	28 / 02 / 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) Ημέρα: Τετάρτη 01/03/2023 Ώρα: 11:00 π.μ.
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)</p>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

<p>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</p>	<p>Ο «προσωρινός ανάδοχος» θα πρέπει να αποστέλλει μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
<p>Υπογραφή σύμβασης</p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (αρ.21 Ν.4782/21).</p>

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- Τέλος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρίες υποχρεούνται – **επί ποινή απόρριψης** – να τα αποστείλουν άμεσα.

Η Διοικήτρια

Κανταράκη Ελένη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1)ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ

Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Θα πρέπει να έχουν σύσταση : >65% βαμβάκι, >33% πολυαμίδιο, >1% ελαστίνη. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμένες σε μορφή ούγκιας και όχι κομμένες.

Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο (minimum) 10N / ανά εκατοστό (cm) δηλούμενου πλάτους.

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους. Μετά την επαναφορά από την τάνυση, το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης.

Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα. Να εφαρμόζουν καλά στις κοιλότητες του σώματος και να παραμένουν στη θέση τους.

Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για τη στερέωσή τους.

Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m².

Διαστάσεις

Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 5,10 και 15 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2,7 μέτρα (m)(minimum).

1. 5cm
2. 10cm
3. 15cm

Συσκευασία

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από τη νυγγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

- τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)
- το είδος του περιεχομένου
- οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανυσμό
- ο χρόνος κατασκευής

-οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην ελληνική γλώσσα

-ο αριθμός της σύμβασης

2) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ

Οι συνθετικοί ρητινούχοι επίδεσμοι αποτελούνται από πυκνά υφασμένο fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης. Το εκμαγείο τους πρέπει να είναι ελαφρύ, αεροδιαπερατό και ακτινοδιαπερατό. Η ρητίνη θα πρέπει να είναι εύπλαστη, με μικρή εξώθερμη αντίδραση και να στεγνώνει εύκολα όταν βραχεί.

Το πλάτος των συνθετικών ρητινούχων γυψεπιδέσμων ταχείας πήξεως καθορίζεται ως εξής:

1. 7.5 εκατοστά (cm)
2. 12,5 εκατοστά (cm)

3) ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ

Γυψεπίδεσμοι ταχείας πήξεως με ικανή αναλογία ποσότητας πλέγματος γάζας και γύψου και ικανοποιητική υφή. Απαιτούμενος χρόνος διαβροχής έως 3 sec και απαιτούμενος χρόνος πήξης έως 5 min.

Κατά την εμβάπτιση στο νερό θα πρέπει να επιτυγχάνεται ομοιογενής διαβροχή όλων των στρωμάτων της γυψοταινίας με μικρή απώλεια γύψου στο νερό.

Η σύσταση του γύψου πρέπει να είναι κρεμώδης. Αμέσως μετά την τοποθέτησή του πρέπει να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα, να είναι άνετος, ασφαλής και σταθερός.

Διαστάσεις:

Οι διαστάσεις των γυψεπιδέσμων καθορίζονται σε πλάτος 10 εκατοστά (cm) και 15 εκατοστά (cm) και μήκος 2 μέτρων(m).

1. 10cm
2. 15cm

4) ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ (ORTHO-BAN)

Επίδεσμος βάμβακος για εφαρμογή στο δέρμα πριν την τοποθέτηση γύψου. Οφείλει να είναι κατασκευασμένος από υδρόφιλο βαμβάκι ή συνθετικό βαμβάκι (υλικό μη υφασμάτινο) με 100% απορροφητικότητα. Θα πρέπει να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, να είναι μαλακός, απαλός και να κόβεται εύκολα με το χέρι. Θα πρέπει να είναι αυτοσυγκρατούμενος και με μεγάλη κάθετη ελαστικότητα. Θα πρέπει να είναι ακτινοδιαπερατός και να αποστειρώνεται χωρίς να αλλοιώνεται η υφή και η ποιότητά του.

Διαστάσεις:

Οι διαστάσεις των επιδέσμων βάμβακος καθορίζονται σε πλάτος 10 εκατοστά (cm) και 15 εκατοστά (cm).

1. 10 εκατοστά (cm)
2. 15 εκατοστά (cm)

5) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ειδικές δερματικές αυτοκόλλητες έλξεις από αφρώδη, φοδραρισμένο αναβολέα, σκοινί που τον διαπερνά, ειδικές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες και ελαστικό επίδεσμο.

6) COLLAR&CUFF

Το collar&cuff περιλαμβάνει ιμάντα από μαλακό, αφρώδες υλικό καλυμμένο από υποαλλεργικό ύφασμα, το οποίο είναι πλεγμένο από ίνες φυσικού βαμβακιού, που δεν έχει υποστεί καμία χημική επεξεργασία. Ο ιμάντας θα πρέπει να μπορεί να κόβεται σε οποιοδήποτε επιθυμητό μήκος και η συγκράτησή του να εξασφαλίζεται με πλαστικά κλιπς στερέωσης. Τα κλιπς στερέωσης θα πρέπει να διατίθενται σε ικανό αριθμό εντός της συσκευασίας του προϊόντος.

Διαστάσεις:

Οι διαστάσεις του ιμάντα καθορίζονται σε συνολικό μήκος έως 10 μέτρα (m), πάχος 1 εκατοστό (cm) και πλάτος από 5–8 εκατοστά (cm).

7) ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ (μετάξι)

Η αυτοκόλλητη ταινία είναι από μετάξι, υποαλλεργική, χωρίς λάτεξ, χωρίς διαλύτες, χρώματος λευκού. Θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή της και το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι καινούργιο.

Θα πρέπει να διαθέτει καλές συγκολλητικές ιδιότητες, να μη αφήνει υπολείμματα συγκολλητικής ουσίας μετά την αφαίρεσή της, να μην αποκολλάται όταν βραχεί και να είναι εύχρηστη.

Θα πρέπει να κόβεται εύκολα με το χέρι κατά μήκος και κατά πλάτος. Θα πρέπει να μην προκαλεί ερεθισμούς στις ευαίσθητες επιδερμίδες, να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και να είναι άνετη στο δέρμα.

Ο λευκοπλάστης πρέπει να είναι κατασκευασμένος σε πηνία συσκευασμένα σε κουτιά των 10 - 20 τεμαχίων.

Διαστάσεις:

1. 9,14 μέτρα X 2,5 εκατοστά
2. 9,14 μέτρα X 5 εκατοστά
3. 9,14 μέτρα X 7,5 εκατοστά

8) ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Τα επιθέματα κάλυψης και συγκράτησης φλεβοκαθετήρων αποτελούνται από απαλό, μη υφασμένο υλικό και υποαλλεργική, με ερεθιστική συγκολλητική ταινία.

Είναι αδιαφανείς με εγκοπή για την ασφαλή συγκράτηση φλεβοκαθετήρων και υδρόφιλο πυρήνα ειδικής επίστρωσης που δεν προσφύεται στο τραύμα.

Θα πρέπει να φέρει πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή καθώς και 2 επιπλέον ταινίες για πιο ισχυρή συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα.

Παρέχονται σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων.

Διαστάσεις:

Οι διαστάσεις των επιθεμάτων συγκράτησης φλεβοκαθετήρων καθορίζονται σε πλάτος 6 εκατοστά (cm) X 8 εκατοστά (cm).

9) ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ

23PROC012126396 2023-02-14

Οι σωληνωτοί δικτυωτοί επίδεσμοι αποτελούνται από υψηλό ποσοστό βάμβακος και έχουν μεγάλη ελαστικότητα μεγάλης ελαστικότητας και έχουν σύσταση : 68% βαμβάκι, 24% πολυαμίδιο και 8% πολυουρεθάνη.

Θα πρέπει να μπορούν να κοπούν στο επιθυμητό μέγεθος, χωρίς να καταστρέφονται ή να δημιουργούν νημάτια. Θα πρέπει να είναι εύχρηστοι και γρήγοροι στην τοποθέτηση και να προσφέρουν ασφαλή στερέωση μεγάλης διάρκειας.

Διαστάσεις:

1. Νο 0 (για δάχτυλα)
2. Νο 7 (για κεφάλι)
3. Νο 8 (για κορμό)

10) ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ

Το αυτοκόλλητο επίθεμα κάλυψης τραύματος αποτελείται από ειδική απορροφητική γάζα, υδρόφιλη και μη υφασμένη, η οποία βοηθά στην απορρόφηση των εκκρίσεων και δεν κολλά στο τραύμα, και συγκολλητική ταινία υποαλλεργική, που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, δεν ξεκολλά με την εφίδρωση και δεν αφήνει ίχνη μετά την αφαίρεσή της.

Να διατίθενται σε συσκευασίες των 50 τεμαχίων.

Διαστάσεις:

1. 5 X 7 cm
2. 6 X 7 cm
3. 10 X 10 cm
4. 15 X 10 cm
5. 10 X 20 cm
6. 10 X 30 cm

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

-ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:

1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Να καταθέσουν ως δείγμα μία αυτοτελή συσκευασία από κάθε προσφερόμενο είδος.
3. Τυχόν αποκλείσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.
4. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΕΟΦ για την εγγραφή τους στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αν τα προϊόντα είναι ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του πιστοποιητικού CE από αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό, αν τα προϊόντα είναι ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.
5. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι οι προσφερόμενοι επίδεσμοι δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
6. Μετά την κατακύρωση, με την πρώτη παραλαβή που θα γίνεται, το Νοσοκομείο θα στέλνει δείγμα στον Ε.Ο.Φ. για εργαστηριακό έλεγχο με ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.
7. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, όταν προσκομιστεί στο Νοσοκομείο προϊόν που είναι ποιοτικά εκτρεπόμενο και θα αποδεικνύεται από δειγματοληψία, θα υπάρχει ποινική ρήτρα μέχρι του ποσού των 3.000,00€.

Οι προμηθευτές, για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών, θα προσκομίσουν δωρεάν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος.

Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή καθώς και τον Α/Α του είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη.

Πίνακας ζητούμενων ποσοτήτων

	Είδος	Ποσότητα	ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ 9%
1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ			
1.1	Για το πλάτος των 5cm	3000	9%	521,57
1.2	Για το πλάτος των 10 cm	2500	9%	608,42
1.3	Για το πλάτος των 15 cm	2800	9%	952,99
2	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ			
1	Για το πλάτος 7,5 εκ. (cm)	50	9%	84,48
2	Για το πλάτος 12,5 (cm)	50	9%	110,09
3	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ			
3.1	10 cm	1300	9%	449,19
3.2	15 cm	1800	9%	913,80
4	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ (ORTHO-BAN)			
4.1	10 cm	1000	9%	173,31
4.2	15 cm	1650	9%	419,05
5	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ			
5		30	9%	22,89
6	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ COLLAR CUF			

23PROC012126396 2023-02-14

6		650	9%	343,62
7	ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ (ΜΕΤΑΞΙ)			
7.1	2.5 cm	2800	9%	1375,23
7.2	5 cm	1600	9%	1161,16
7.3	7.5 cm	1600	9%	1120,52
8	ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ			
8	6 cm x 8 cm ± 1,5 cm	6500	9%	201,92
9	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ			
9.1	No 0	3	9%	1,46
9.2	No 7	3	9%	2,78
9.3	No 8	5	9%	13,35
10	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ			
10.1	5x7 cm	3800	9%	62,13
10.2	6x7 cm	4800	9%	78,48
10.3	10x10 cm	3600	9%	221,51
10.4	15x10 cm	3500	9%	266,48
10.5	10x20 cm	3800	9%	398,05
10.6	10x30 cm	3000	9%	494,91

Σύνολο**9997,38**