



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος:11.06.2024
Αριθ.Πρωτ.:61/2024

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. ΜΥΛΩΝΑ
Τηλ.: 2271350258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρ.118 και αρ.120 Ν.4412/16)

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ»
Π/Υ 18.720,00€ ΜΕ Φ.Π.Α
CPV 33192000-2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Το υπ' αριθ.7/18-1-2024 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2024.
2. Το υπ' αριθ.34/23-4-2024 (ΑΔΑ:Ψ1ΕΑ469073-ΦΦΓ) Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με το οποίο εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με Πρόσκληση συλλογής προσφορών προς κάθε ενδιαφερόμενο και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Το υπ' αριθ.38/27-5-2024 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με το οποίο τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές
4. Την υπ' αριθ.622/30-4-2024 (ΑΔΑ:638Γ469073-XIX) Απόφαση ανάληψης πίστωσης.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «**ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ**», (CPV: 33192000-2), (ΚΑΕ:7131), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός **18.720,00 ευρώ με ΦΠΑ**, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ Π/Υ CPV	ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Π/Υ 18.720,00€ ΜΕ Φ.Π.Α (CPV 33192000-2)
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 7131 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 622/30-4-2024
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: promithion@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	01.07.2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος/χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) 02.07.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 πμ.
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Χρόνος παράδοσης	Έως τρεις (3) μήνες
Διάρκεια σύμβασης	ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94 Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β'

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95
	Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ,ΦΠΑ, συνολική τιμή).
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης	Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά του, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους , εκτός από το Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης του οποίου η έκδοση πρέπει να είναι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του:
	<ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. - Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (ΚΑΔ)
Υπεύθυνη δήλωση	Ο συμμετέχων θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 640,00 ευρώ, ίσης με το 4% και εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 800,00 ευρώ, ίσης με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Αναπροσαρμογή τιμών	Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών,(αρ.53 παρ.9 Ν.4412/16) όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται διάρκεια της σύμβασης μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους περιορισμούς του <u>άρθρου 132</u> , περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.

- Ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά (όπου απαιτείται), ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας η οποία θα στέλνεται στον ανάδοχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο ΠΔ 113/2010 και την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4152/2013 υποπαράγραφος Z.5 στην οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 2011/7/ΕΕ σχετικά με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής και Ν.4412/2016 αρ.200) για την εξόφληση τίτλων

πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου παραλαβής του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4152/2013.

Η πληρωμή υποχρεώσεων μπορεί να γίνει και τμηματικά, με την έκδοση περισσότερων του ενός χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με το ΠΔ 80/16 (άρθρο 6) (όπου απαιτείται).

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 - Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
 - Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
- Οι Προσφορές που θα υποβληθούν δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό.
- Σύμφωνα με το άρθρο 105 Ν. 4412/2016 : Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά.
- Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλῳ ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, καθώς και με τη Συμφωνία Πλαισίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β3103/20-6-2022.

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

Ο θερμικός απολυμαντής εύκαμπτων ενδοσκοπίων μίας θέσης να είναι κατάλληλος για χρήση με όλους τους τύπους των ενδοσκοπίων και να διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Να παρέχει δυνατότητα απολύμανσης τόσο της εξωτερικής επιφάνειας των ενδοσκοπίων όσο και των καναλιών βιοψίας νερού και αέρα των ενδοσκοπίων σε θερμοκρασία έως και 40°C.
3. Να δύναται να απολυμαίνει τα ενδοσκόπια όλων των εταιρειών, με τη χρήση κατάλληλων

- συνδετικών. Η δυνατότητα αυτή να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή.
4. Να παραδοθεί με ένα σετ συνδετικών για την προσαρμογή των ενδοσκοπίων στο πλυντήριο, το οποία θα είναι κατάλληλο για τα ενδοσκόπια που διαθέτει το νοσοκομείο. Συγκεκριμένα:
 - Βίντεογαστροσκόπιο, GIF-Q165, OLUMPUS
 - Βίντεοκολονοσκόπιο, CF-Q165L, OLUMPUS
 - Βρογχοσκόπιο, BF-TE, OLUMPUS
 - Βρογχοσκόπιο, BF-PE2, OLYMPUS
 5. Το προσφερόμενο πλυντήριο-απολυμαντής θα πρέπει να είναι συμβατό με χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά με χημική σύνθεση υπεροξικού οξέος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλού βαθμού απολύμανση των ενδοσκοπίων.
 6. Το σύστημα να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο.
 7. Να διαθέτει όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα. Να αναφερθούν.
 8. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας το οποίο να ελέγχει αυτόματα το επίπεδο του νερού στον κάδο του απολυμαντή, και έλεγχο της εγκεκριμένης δόσης του απολυμαντικού και ενζυματικού υγρού που απαιτείται για την ορθή απολύμανση.
 9. Να διαθέτει συστήματα ασφαλείας για την διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση υπερβολικής θερμοκρασίας νερού.
 10. Να πραγματοποιεί ηλεκτρονικό έλεγχο κλειδώματος της πόρτας κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
 11. Το πάνελ χειρισμού να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen), ώστε να εξασφαλίζεται η μη συσσώρευση ξένων σωμάτων και η αποφυγή διάδοσης μοιλυσμένου υλικού.
 12. Όλες του οι ρυθμίσεις να γίνονται από την έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen) στην οποία να εμφανίζονται μηνύματα της λειτουργίας του πλυντηρίου καθώς και της προόδου της απολύμανσης.
 13. Να διαθέτει κύκλο λειτουργίας για την επεξεργασία ενός ενδοσκοπίου ο οποίος να περιλαμβάνει τα στάδια ελέγχου στεγανότητας, πρόπλυνσης, καθαρισμού, απολύμανσης και στεγνώματος του μέσω διοχέτευσης αέρα στα κανάλια του ενδοσκοπίου, σε χρόνο 25-30 λεπτών περίπου, για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ενδοσκοπικών περιστατικών του τμήματος.
 14. Να διαθέτει ανεξάρτητο κύκλο στεγνώματος του ενδοσκοπίου με παροχή αέρα για τα κανάλια (εσωτερικά) μέσω αντιβακτηριδιακού φίλτρου αέρα HEPA (H13) 0,2μμ ή βέλτιστον, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μη επιμόλυνση των ενδοσκοπίων από την συγκράτηση του νερού στο ενδοσκόπιο κατά την αποθήκευση του.
 15. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα απολύμανσης του νερού που χρησιμοποιείται (bacteria free) σε όλα τα στάδια επεξεργασίας καθώς και στο τελευταίο στάδιο ξεπλύματος, και πιστοποιημένη εξασφάλιση της υψηλού βαθμού απολύμανσης. Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος εξασφάλισης της απολύμανσης του νερού καθώς και της ποιότητας πλύσης.
 16. Ο τρόπος καθαρισμού, το απορρυπαντικό και το απολυμαντικό να είναι απόλυτα φιλικά και συμβατά προς τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων χωρίς να προκαλούν φθορές.
 17. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή ο οποίος να εκτυπώνει όλες τις σημαντικές παραμέτρους του κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του χρήστη, του ενδοσκοπίου, του ασθενή, του χρόνου λειτουργίας καθώς και της ολοκλήρωσης του κύκλου. Επιπλέον να εκτυπώνει οποιοδήποτε μήνυμα λάθους.
 18. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης των προς απολύμανση ενδοσκοπίων barcode reader, έτσι ώστε το πλυντήριο να προσαρμόζει τις παραμέτρους του κύκλου απολύμανσης ανάλογα με τον τύπο του ενδοσκοπίου.
 19. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης κύκλου μόνο απολύμανσης του ενδοσκοπίου στην αρχή της ημέρας μετά από την αποθήκευση του ενδοσκοπίου σε συμβατό σύστημα αποθήκευσης ενδοσκοπίων, χωρίς την χρήση καθαριστικού διαλύματος για την διασφάλιση του ασθενούς.
 20. Να έχει την δυνατότητα να εκτελεί κύκλο αυτό-απολύμανσης για την ασφάλεια του συστήματος, ο οποίος να πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημέρας.
 21. Να διαθέτει διαδικασία συλλογής υγρού (sampling), για την πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του πλυντηρίου, η οποία να περιγράφεται από τον κατασκευαστή.
 22. Να πληροί απαραίτητα τις οδηγίες του προτύπου EN 15883-1 και 15883-4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την πιστοποίηση και τους απαραίτητους ελέγχους των αυτόματων απολυμαντών ενδοσκοπίων.
 23. Να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, ISO13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
2. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 περί «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO13485 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.
3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή πλήρων συντηρήσεων.
5. **Εξασφάλιση καλής λειτουργίας** καθ' όλη την διάρκεια της εγγύησης(αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη - πάσης φύσεως υλικά, εργατικά, ανταλλακτικά των μηχανημάτων - από εξειδικευμένο τεχνικό), **εντός 48 ωρών**, από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση.
6. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διαθεσιμότητα **ανταλλακτικών** τουλάχιστον για μία δεκαετία.
7. Ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδοτημένο, **οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης**, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης των προσφερομένων ειδών. Ο προμηθευτής να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά.
8. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στον χώρο του Νοσοκομείου από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του εκάστοτε αναδόχου, σε πλήρη και κανονική λειτουργία, μετά από **εκπαίδευση του προσωπικού** (ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνικού) για την σωστή και ασφαλή χρήση του. Οπωδήποτε, θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά για την πλήρη εκμάθηση των μηχανημάτων, καθώς και από εγχειρίδιο συντήρησης – επισκευής στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
9. Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι **παραγωγής**.