



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Β. Κουτσουρά
Τηλ.: 22713/50258
E-mail:promithion@xioshosp.gr

**ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 131/2024

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ» CPV:33192000-2 , ΚΑΕ:7131**

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.036,50€ ΜΕ ΦΠΑ

Με την παρούσα Πρόσκληση το Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ως Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει των άρθρ.118 και 120 του Ν.4412/16, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την προσφορά του για την προμήθεια ενός «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟΥ» για κοινό και συνθετικό γύψο και μιας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Oscimed 2000/ERGO 230V/50Hz (με τα παρακαείμενα φίλτρα) ΓΙΑ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ» με τα παρακαείμενα φίλτρα και σακούλες που να εναρμονίζονται με τον συγκεκριμένο τύπο της ηλεκτρικής σκούπας».

Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο της προμήθειας.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των 4.036,50€ με ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 55/08.11.2024 (ΑΔΑ:Ψ1ΣΔ469073-ΓΘΕ) Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».

Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης:

- την με αριθ. 55/08.11.2024 (ΑΔΑ: Ψ1ΣΔ469073-ΓΘΕ) Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας, την έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας δυνάμει των άρθρ.118 & 120 του Ν.4412/16 και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αυτή.
- την με αριθ. 1349/13.11.2024 (ΑΔΑ: 9Γ6Α469073-ΟΩ7) Ανάληψη Πίστωσης.
- τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147)
- του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α'145)
- τον Ν. 4601/2019 (Τμήμα Δεύτερο «εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου

2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 133) (Α'44)

- τον Ν.4972/2022 (Α'181) άρθ.158-160 που τροποποιεί τα άρθ.148,151,154 του Ν.4601/2019
- της υπ' αριθ.Κ.Υ.Α.52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β'2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»
- της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α'107)

Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: promithion@xioshosp.gr μέχρι την Τρίτη 19.11.2024 και ώρα 12:30 μ.μ., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Η προσφορά θα περιλαμβάνει το ηλεκτρικό γυψοπρίονο (για κοινό και συνθετικό γύψο), την ηλεκτρική σκούπα Oscimed 2000/ERGO 230V/50Hz (με τα παρακείμενα φίλτρα) για το γυψοπρίονο και σακούλες που να εναρμονίζονται με τον συγκεκριμένο τύπο της ηλεκτρικής σκούπας.

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟΥ» για κοινό και συνθετικό γύψο και μιας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ» με τα παρακείμενα φίλτρα και σακούλες που να εναρμονίζονται με τον συγκεκριμένο τύπο της ηλεκτρικής σκούπας. CPV: 33192000-2
Χρηματοδότηση	• ΚΑΕ 7131 • Ανάληψη Υποχρέωσης: 1349/13.11.2024 (ΑΔΑ: 9Γ6Α469073-ΟΩ7)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Υποβολή προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: promithion@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Τρίτη 19.11.2024 και ώρα 12:30 μ.μ.
Ημερομηνία/Τόπος Αξιολόγηση προσφοράς	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Τρίτη 19.11.2024 ώρα 14:00 μ.μ.
Δημοσιότητα	• ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (ποσότητες, τιμή μονάδος, σύνολο καθαρής αξίας, ποσοστό ΦΠΑ, σύνολο τελικής αξίας).
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται στον Ανάδοχο βάσει της τιμής, εφόσον η προσφορά του δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό και έχει κριθεί αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης/Αποδεικτικά μέσα	Ο «Ανάδοχος» μαζί με την οικονομοτεχνική προσφορά του, υποβάλλει και τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την υποβολής τους έκτος από: <u>i) το πιστοποιητικό που αφορά την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή των οικονομικών φορέων σε ένα από τα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και ii) το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ (για τις ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), για τα οποία η έκδοσή τους πρέπει να είναι (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση.</u> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση • στις περιπτώσεις των Α.Ε. αφορά τον Δ/ντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας ή μέλους διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αυτών • στις περιπτώσεις των ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ αφορά τους διαχειριστές • στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών αφορά τα μέλη του Δ.Σ. - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό - Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό / επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο) - Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο (ισχύς 30 εργάσιμες ημέρες) - Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εκπροσώπηση της εταιρίας και η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών. - Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. - Πιστοποιητικό / βεβαίωση που να αναφέρονται οι ΚΑΔ - Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεση αίτησης λύσης του νομικού προσώπου

	- Για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. - Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθ.73 & 74 του Ν.4412/16 όπως ισχύει, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, η οποία θα πρέπει να έχει μεταγενέστερη ημερομηνία της πρόσκλησης. - Υπεύθυνη δήλωση εάν κάποιο είδος δεν είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρθ.105, παρ.2 του Ν.4412/16) από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ήτοι: 138,00€ Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι ανώτερη των δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

- Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του Ν.4412/16, καθώς και σε περίπτωση συμφωνίας – πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β'3103/20.06.2022.

- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ.132 του Ν.4412/16.

- Για την αναπροσαρμογή των τιμών της παρούσας σύμβασης τίθεται η προβλεπόμενη στο άρθ.53, παρ.9, περ.α' του Ν.4412/16 ρήτρα αναπροσαρμογής του τιμήματος εφαρμόζοντας τον ακόλουθο τύπο: $T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1 + \Delta TK)$.

- Η ασφάλεια των ειδών μέχρι τον χώρο του Νοσοκομείου ανήκει στην μέριμνα του αναδόχου.

- Η παράδοση και τιμολόγηση από τον ανάδοχο θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως 31/12/2024 και η παραλαβή από ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκομείο, η οποία θα συντάξει το πρωτόκολλο παραλαβής.

- Μετά από την προσκόμιση των ειδών στο Νοσοκομείο, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από την επιτροπή παραλαβής, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.

- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε € με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

- Στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής ορίζεται σύμφωνα με τον Ν.4152/2013(Α'107) υποπαράγραφος Ζ.5 «συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών».

- Η πληρωμή υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται και τμηματικά, με την έκδοση περισσότερων του ενός χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με το ΠΔ 80/16 (άρθ.6).

- Για τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως και 153 του Ν.4601/2019 (Α'44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθ.154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ.350, παρ.3 του Ν.4412/16 και σε συνάρτηση με τα άρθρ.3 & 7 του Ν.4912/2022 (ΦΕΚ Α'59/17.03.2022)
- β) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρ. 3 του Ν.3580/2007)
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

α.α Δ/νης Ιατρικής Υπηρεσίας

Νικόλαος Σμυρνιούδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 17%
1	ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ (για κοινό και συνθετικό γύψο)	1	TMX	1.600,00	1.600,00	1.872,00
2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ Oscimed 2000/ERGO 230V/50Hz (με τα παρακείμενα φίλτρα)	1	TMX	1.750,00	1.750,00	2.047,50
3	Σακούλα ηλεκτρικής σκούπας	2	ΠΑΚΕΤΑ (των 10 τμχ έκαστο)	50,00	100,00	117,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					3.450,00€	4.036,50€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ

Αγορά ηλεκτρικού γυψοπριόνου χρήσιμο για το κόψιμο κοινού και συνθετικού γύψου.

1. Να είναι εργονομικού σχεδιασμού, συμπαγούς σχήματος, μικρού βάρους σύγχρονης λειτουργίας για εργασία ακριβείας ακόμα και με το ένα χέρι.
2. Να είναι ανθεκτικά κατασκευασμένο και εξοπλισμένο με ανεμιστήρα ψύξης για εντατική χρήση χωρίς υπερθέρμανση.
3. Η συσκευή να τροφοδοτείται από ασφαλή χαμηλή τάση 24V και να συμμορφώνεται με τα τελευταία ιατρικά πρότυπα.
4. Να διαθέτει αθόρυβη λειτουργία και λάμες με εύκολο χειρισμό τοποθέτησης χωρίς κλειδί.
5. Να έχει υποδομή για σύνδεση με αναρροφητήρα.
6. Ισχυρό motor 180W.
7. Ταχύτητα Μοτέρ / συχνότητα : 12.000rpm έως 21.000rpm
8. Επίπεδο θορύβου: 67dB.
9. Γωνία παλμικής κίνησης της λάμας : 6.2°
10. Βάρος: 895gr περίπου, μήκος: 230mm.
11. Να διατίθεται μεγάλη γκάμα πριονιών για όλα τα είδη εκμαγείων:
 - Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για γύψο
 - Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για συνθετικά χυτά (υαλοβάμβακα)
 - Λεπίδες από σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι για συνθετικά καλούπια με πολύ σκληρή επίστρωση τιτανίου (Tin).
 - "αντικολλητικές" λεπίδες με επίστρωση PTFE.
12. Να διαθέτει πιστοποιητικό CE.
13. Να προσφερθεί με τα κάτωθι:
 - Δίσκο κοπής συνθετικού γύψου 50mm
 - Δίσκο κοπής κοινού γύψου 65mm και 50mm

B. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

Αγορά ηλεκτρικής σκούπας γυψοπριόνου χρήσιμη για την συλλογή και αποθήκευση των υπολειμμάτων κοπής γυψοεπιδέσεων και σακούλες για την ζητούμενη ηλεκτρική σκούπα, σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

Να είναι απόλυτα συμβατή με το ηλεκτρικό γυψοπρίονο Oscimed Ergo II.

Η ηλεκτρική σκούπα να ξεκινά αυτόματα κατά την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού πριονιού Oscimed Ergo II και να σταματά λίγα δευτερόλεπτα μετά την διακοπή του ηλεκτρικού πριονιού.

Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης και αυτόματη εκκίνηση.

Να είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση με τέσσερις τροχούς για εύκολη μετακίνηση.

Να διαθέτει βραχίονα στήριξης του σωλήνα αναρρόφησης και σχάρα στήριξης του γυψοπριόνου.

Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ισχύς από 300 έως και 1.000 watt.

Να διαθέτει επίπεδο θορύβου 60 – 70 db.

Να διαθέτει αναρρόφηση 40 Lt/sec.

Να διαθέτει σωλήνα αναρρόφησης 2,5 μέτρα.

Να έχει χωρητικότητα ανοξείδωτου δοχείου 20 Lt.

Το βάρος της σκούπας να είναι 12 κιλά.