



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

**Προς: οικονομικούς φορείς
Αρ.πρωτ.15468/28-8-26**

**«Έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ VAC**

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» προκειμένου να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το αρ.118 Ν.4412/16, για την προμήθεια **ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ VAC** με προϋπολογισμό έως **5.000,00 ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων του, διενεργεί έρευνα αγοράς.

Σκοπός είναι η συλλογή οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, προκειμένου να προβούμε στην αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα ή οικονομικούς φορείς με την χαμηλότερη τιμή.

1. Αντικείμενο Έρευνας & Προδιαγραφές:

Τα προς προμήθεια υλικά και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί .

Προμήθεια: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ VAC

Κωδικός CPV: 33140000-3

2. Όροι Υποβολής Προσφορών:

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **promithion@xioshosp.gr** έως **3-9-2026 ημέρα Πέμπτη** και ώρα **14:00 μ.μ**

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται αναγέγκλιτα τα εξής:

- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
- Η τιμή ανά μονάδα προϊόντος (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ).
- Το ποσοστό ΦΠΑ που αναλογεί.
- Η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ.ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ

α/α	ΑΡ.ΕΚΑΠΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	I.1.e	Κάνιστρο αντλίας αρνητικής πίεσης με διαγράμμιση σε ml χωρητικότητας 1050ml +/- 50 ml . Το δοχείο συλλογής εκκρίσεων να είναι κλειστού τύπου, αποστειρωμένο, να μετατρέπεται το εξίδρωμα σε τζελ, να έχει κλίμακα διαβάθμισης των ml και φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Επίσης να περιέχει άνθρακα ο οποίος να βρίσκεται εντός του κάνιστρου για την εξουδετέρωση των οσμών . Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων ή γάζας.
2	I.2.f	Σέτ σπόγγου ανοικτών κοιλιακών τραυμάτων με: α)Σπόγγο πολυουρεθάνης 30x40x1,5 cm(+/-5) β) Δύο διαφανή αυτοκόλλητα φιλμ 30x40 cm γ) Δύο δίσκους παροχέτευσης των εκκρίσεων δ) Ειδική μεμβράνη κατάλληλη για εφαρμογή πάνω σε ζωτικά όργανα 84x65 cm. 84x65 cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες).
3	I.3.a	Σετ σπόγγου αρνητικής πίεσης αποστειρωμένο με δραστικό παράγοντα αργύρου στη δομή του. Να περιλαμβάνει: 1. σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο για αντιμικροβιακή δράση, με ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματιθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτού, μειώνοντας έτσι τον πόνο και τους τραυματισμούς κατά την αφαίρεσή του. 2. σωλήνα αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την αποφυγή τη δυσοσμίας. 3. αυτοκόλλητη/ες μεμβράνη/ες διαφανή/είς για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. small 10 x 7,5 x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες)
4	I.3.b .2	Σετ σπόγγου αντιβακτηριδιακό με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδок ολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με άργυρο, υδροκολλοειδές και βα ζελίνη. medium, 20 x 12,5 x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες)
5	I.3.α.2	Σετ σπόγγου αρνητικής πίεσης αποστειρωμένο με δραστικό παράγοντα αργύρου στη δομή του. Να περιλαμβάνει: 1. σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο για αντιμικροβιακή δράση, με ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματιθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτού, μειώνοντας έτσι τον πόνο και τους τραυματισμούς κατά την αφαίρεσή του. 2. σωλήνα αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την αποφυγή τη δυσοσμίας. 3. αυτοκόλλητη/ες μεμβράνη/ες διαφανή/είς για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος large 26 x 15 x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες)
6	I.1.g	Κάνιστρο αντλίας αρνητικής πίεσης με διαγράμμιση σε ml χωρητικότητας 1050ml +/- 50ml. Με αποσπώμενο Κάνιστρο σάκκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο. Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα. Η επιλογή του κάνιστρου I.1.g θα γίνεται

σε συνδυασμό με σετ σπόγγων ή γάζας διάστασης SMALL, MEDIUM LARGE, XLARGE & Σπόγγο Κοιλίας .

Σημείωση: Η αντλία θα πρέπει να παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των συμβατών αναλώσιμων σετ.

Επίσης η αντλία κενού να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- συνεχή και μεταβαλλόμενη ή διαλείπουσα λειτουργία αρνητικής πίεσης
- δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών
- ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού
- οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά