



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Χίος, 23/9/2026
Αρ.πρωτ.17195

Προς: Οικονομικούς Φορείς

«Έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΕΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» προκειμένου να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το αρ.118 Ν.4412/16, για την προμήθεια **ΣΥΡΙΓΓΕΣ** για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων του, διενεργεί έρευνα αγοράς.

Σκοπός είναι η συλλογή οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, προκειμένου να προβούμε στην αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα ή οικονομικούς φορείς με την χαμηλότερη τιμή.

1. Αντικείμενο Έρευνας & Προδιαγραφές:

Τα προς προμήθεια υλικά και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί .

Προμήθεια: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ», Κωδικός CPV: 33141310-6, Προϋπολογισμός: 11.583,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2. Όροι Υποβολής Προσφορών:

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **promithion@xioshosp.gr** έως τη Δευτέρα **28/9/2026** και ώρα **2μ.μ..**

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα εξής:

- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
- Η τιμή ανά μονάδα προϊόντος (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ).
- Το ποσοστό ΦΠΑ που αναλογεί.
- Η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ.ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ

ΣΥΝ.: Ένα (1) φύλλο.

ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύριγγες Εγχυτή υψηλής πίεσης 200 ml με συνδετικό σωλήνα και συσκευή πλήρωσης για τον εγχυτή NEMOTO A60

- Να είναι κατάλληλες για χρήση με εγχυτή NEMOTO A60
- Να έχουν χωρητικότητα 200 ml.
- Να έχουν αντοχή σε πίεση τουλάχιστον μέχρι 300 psi.
- Για λόγους ασφαλείας να αναγράφεται η μέγιστη πίεση σε κλίμακα psi ή άλλη αντίστοιχη μονάδα μέτρησης πίεσης στην οποία αντέχει η σύριγγα κατά την έγχυση του σκιαγραφικού μέσου (στην ετικέτα ή σε επίσημες οδηγίες χρήσης)
- Στην συσκευασία της σύριγγας να εμπεριέχεται και το σωληνάκι ταχείας πλήρωσης της σύριγγας όπως και η γραμμή σύνδεσης με τον ασθενή (κατά προτίμηση σπειροειδής) μήκους περίπου 150 cm, σε αποστειρωμένες συσκευασίες και με πιστοποίηση CE.
- Να είναι αποστειρωμένο με EO
- Να είναι σε ατομική συσκευασία και να αναγράφονται :
 - η ημερομηνία παραγωγής και λήξης (μακρά)
 - η εμπορική ονομασία του κατασκευαστή
 - η ένδειξη LATEX FREE, μη τοξικό, μη πυρετογόνο
 - ο κωδικός του είδους
- Να φέρουν σε ευκρινή θέση την προβλεπόμενη σήμανση CE
- Να δοθεί πιστοποίηση για **πολλαπλή χρήση**
- Να δοθεί πιστοποίηση συμβατότητας με τον συγκεκριμένο εγχυτή.
- Για λόγους ασφαλείας και ορθής χρήσης του εγχυτή έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν βλάβες του εξοπλισμού να προσκομιστεί δήλωση του κατασκευαστικού οίκου των συριγγών αναφορικά με την απόλυτη συμβατότητα της προσφερόμενης σύριγγας με τον αναφερόμενο εγχυτή.
- (δείγμα απαραίτητο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Σύριγγες Εγχυτή υψηλής πίεσης 200 ml με συνδετικό σωλήνα και συσκευή πλήρωσης για τον εγχυτή NEMOTO A60	900