



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΧΙΟΥ**

«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος, 23-10-2026

Αρ.πρωτ. 19606/26-10-2026

Προς: οικονομικούς φορείς

**«Έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών για την προμήθεια «ΣΤΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
Na» & «ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ - ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΥ ΑΛΑΤΟΣ»**

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» προκειμένου να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το αρ.118 Ν.4412/16, για την προμήθεια **ΣΤΕΙΡΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Na & ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ – ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΥ ΑΛΑΤΟΣ** για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων του, διενεργεί έρευνα αγοράς.

Σκοπός είναι η συλλογή οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, προκειμένου να προβούμε στην αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα ή οικονομικούς φορείς με την χαμηλότερη τιμή.

1. Αντικείμενο Έρευνας & Προδιαγραφές:

Τα προς προμήθεια υλικά και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί .

Προμήθεια: ΣΤΕΙΡΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Na & ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ – ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΥ
ΑΛΑΤΟΣ

Κωδικός CPV:33641000-5, 33140000-3

Προϋπολογισμός:

- 5.824,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Na &
- 8.514,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ - ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ

2. Όροι Υποβολής Προσφορών:

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν, την προσφορά

τους καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **promithion@xioshosp.gr** έως **την Πέμπτη 29/10/2026** και ώρα **14:00 μ.μ**

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα εξής:

- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
- Η τιμή ανά μονάδα προϊόντος (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ).
- Το ποσοστό ΦΠΑ που αναλογεί.
- Η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ.ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

« ΣΤΕΙΡΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Na »

Το προϊόν πρέπει να τηρεί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

1. Να είναι έτοιμο προς χρήση για εύκολη εφαρμογή.
2. Να φέρει ενσωματωμένο ακροφύσιο για άμεση συνδεσιμότητα προς αποφυγή ουρολοιμώξεων.
3. Η συσκευή έγχυσης να βρίσκεται σε αποστειρωμένη συσκευασία για περιορισμό της επαφής με τα χέρια πριν τη χρήση.
4. Να περιέχει **80mg/50ml** υαλουρονικού **Na**.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

« ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ – ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ »

Το προϊόν πρέπει να τηρεί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

1. Να συγκαταλέγεται στην κατηγορία Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
2. Να φέρει σήμανση **CE**

3. Να ταξινομείται ως **Class III Medical Device**, δηλ. προϊόν με βιολογική δράση που απορροφάται πλήρως.
4. Να παρέχεται σε προγεμισμένη σύριγγα μιας χρήσης που περιέχει Νατρίουχο άλας **Υαλουρονικού οξέος 1,5%** (ίσο με **60 mg/4 ml**).
5. Να χορηγείται με ενδοαρθρική έγχυση με σκοπό την άμεση και παρατεταμένη ανακούφιση από τον πόνο των αρθρώσεων.
6. Να λιπαίνει και βελτιώνει την κινητικότητα της άρθρωσης ενώ προστατεύει τον αρθρικό χόνδρο.
7. Να έχει υψηλό μοριακό βάρος (**>2000 kDa**) με αποτέλεσμα να επαναφέρει την ιξωδοελαστικότητα του αρθρικού υγρού προσφέροντας υψηλή αποτελεσματικότητα στη μείωση του πόνου και στη βελτίωση της κινητικότητας της άρθρωσης, βάση βιβλιογραφικών δεδομένων.
8. Να λαμβάνεται με τη διαδικασία βακτηριακής ζύμωσης για να είναι ασφαλές στη χρήση και καλά ανεκτό.
9. Να προσφέρει αποτελέσματα μακράς διάρκειας στους ασθενείς