



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2^η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥΑΡ.
« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »
Ταχ. Δ/ση: Ελενας Βενιζελου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΧΙΟΣ: 06-03-2018

ΠΡΩΤ.:οικ.17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ.: 2271350106 Φαξ:2271350241

Email:paragelies@xioshosp.gr

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών.

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 17% |
|-----|-------------------|--|-----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | | ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 1 | 1X8,547,00 | 8.547,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | | | | |

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Αριθμός Αιτήματος | 3227/26-02-2018 |
| ΚΑΕ | 7131.01 |
| Κριτήριο Κατακύρωσης | Χαμηλότερη τιμή |
| Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών | 08-03-2018 |
| Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών | 12-03-2018 |
| Τρόπος υποβολής προσφορών | ΦΑΞ:2271350241 e – mail:paragelies@xioshosp.gr |

Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχειριστο, κατακόρυφο, ορθογώνιο ψυγείο για τη φύλαξη ασκών αίματος χωρητικότητας περίπου 650-700 Lit κατασκευασμένο από υλικό υψηλής αντοχής. Το μονωτικό υλικό μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τοιχώματος να έχει επαρκές πάχος ώστε να εξασφαλίζει την ελάχιστη απώλεια θερμότητας.
2. Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 200x90x70cm (ΥxΠxΜ).
3. Να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον 350 ασκούς των 450ml.
4. Να είναι εσωτερικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας με αντιβακτηριδιακή επίστρωση και να καθαρίζεται εύκολα.
5. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 7 συρόμενα συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι και τα αντίστοιχα χωρίσματα για την τοποθέτηση των ασκών αίματος. Τα συρτάρια να μπορούν να αφαιρούνται για να καθαρίζονται.
6. Να διαθέτει τέσσερις ρόδες εκ των οποίων δύο να «κλειδώνουν».
7. Να διαθέτει γυάλινη πόρτα με αυτόματη επαναφορά, με διπλό ή τριπλό αντιθαμβωτικό γυαλί ασφαλείας, άριστα στεγανοποιημένη με λάστιχο και δυνατότητα κλειδώματος.
8. Να διαθέτει φωτισμό του θαλάμου που να ενεργοποιείται με το άνοιγμα της πόρτας, αλλά και ανεξάρτητο διακόπτη φωτισμού στον πίνακα ελέγχου.
9. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz, και ο συμπιεστής να έχει φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά αέρια. Το επίπεδο θορύβου λειτουργίας του συμπιεστή να είναι χαμηλότερο των 60db.
10. Η θερμοκρασία να είναι προ-ρυθμισμένη στους +4 C και το εύρος θερμοκρασίας να είναι τουλάχιστον +1C έως +8 C .Ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνεται από μικροεπεξεργαστή. Να διαθέτει δυνατότητα απομνημόνευσης των οριακών θερμοκρασιών.
11. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας με ανάλυση 0.1^oC. Να διαθέτει γραφικό θερμόμετρο για τη γρήγορη επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας. Η οθόνη να παρουσιάζει τις παραμέτρους λειτουργίας και να έχει κουμπιά χειρισμού για ρυθμίσεις θερμοκρασίας.
12. Να διαθέτει ενσωματωμένο κυκλικό καταγραφικό θερμοκρασίας 7-ημερών με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μπαταρία που να αντικαθίσταται εύκολα. Το καταγραφικό χαρτί να έχει εύρος μέτρησης θερμοκρασίας από -5oC έως 20 oC.
13. Να έχει αυτόματη απόψυξη χωρίς τη χρήση θέρμανσης για μέγιστη ομοιογένεια θερμοκρασίας.
14. Να διαθέτει θετική βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα για τη διατήρηση της σταθερότητας και ομοιομορφίας της θερμοκρασίας σε όλα τα επίπεδα και γρήγορη αποκατάσταση θερμοκρασίας μετά τα ανοίγματα της πόρτας. Η λειτουργία του ή των ανεμιστήρων να διακόπτεται με το άνοιγμα της πόρτας.
15. Να διαθέτει κεντρικό διακόπτη ισχύος με κλειδαριά ασφαλείας.
16. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για υπέρβαση ορίων θερμοκρασίας, πτώση τροφοδοσίας, ανοικτή πόρτα, χαμηλή φόρτιση της μπαταρίας και ανάγκη συντήρησης. Να διαθέτει πλήκτρο για τη σίγαση συναγερμού καθώς και δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης ή αυξομείωσης της έντασης του ηχητικού σήματος.
17. Να διαθέτει πλήκτρο για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του συναγερμού.
18. Να διαθέτει βοηθητική μπαταρία η οποία να εξασφαλίζει τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου στην περίπτωση διακοπής ρεύματος.
19. Να διαθέτει τις κατάλληλες επαφές για να μπορεί να συνδεθεί με σύστημα συναγερμού (remote-phone alarm).
20. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη. Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει τμήμα σέρβις που να είναι εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή να συντηρεί και να ελέγχει το προσφερόμενο ψυγείο αίματος. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει το κόστος

επισκευής κάθε βλάβης που δεν οφείλεται σε κακή χρήση και την αξία των ανταλλακτικών, όπως και των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων. Να παρέχεται κάλυψη σε ανταλλακτικά, αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον 10 έτη από την αγορά του ψυγείου.

21. Να διαθέτει σήμανση CE και να πληρεί τις αυστηρές απαιτήσεις AABB και FDA για την αποθήκευση αίματος και συστατικών αίματος. Να υποβληθούν με την προσφορά όλα τα σχετικά πιστοποιητικά του είδους σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.
22. Ο κατασκευαστής και ο προσφέρων να διαθέτουν ISO9001 και ISO13485.
23. Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει εξουσιοδότηση για τη συμμετοχή της στον εν λόγω διαγωνισμό από τον κατασκευαστή.
24. Να συνοδεύεται από manual και οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές του παρατηρητηρίου ή σύμφωνα με τις τιμές της τελευταίας σύμβασης. Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: (ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, και ΦΠΑ), ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

| Αριθμός Αιτήματος | Κωδικός Νοσοκομείου | Περιγραφή Υλικού | Τιμή μονάδας € (χωρίς ΦΠΑ) | Κωδικός Παρατ/ρίου | Τιμή Παρατ/ρίου | Κωδικό Εμπορίου | GMDN | Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|----------------|
| | | | | | | | | |

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – επί ποινή απόρριψης – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου, αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών ως κύρια θεωρείται αυτή με τα χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Τέλος το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται - επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμεσα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ε. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ