

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΠΥΦΥ 2015

1)ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ

Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμάτινες (υπό μορφή ούγιας) και όχι κομμένες. Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση το νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο (minimum) 10N / ανά εκατοστό (cm) δηλούμενου πλάτους. Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους. Μετά την επαναφορά από την τάνυση, το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης.

Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.

Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για τη στερέωσή τους.

Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m².

Διαστάσεις

Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 5, 10 και 15 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2,7 μέτρα (m) περίπου και το τελικό μήκος σε τάνυση 4.5 μέτρα (m) κατ' ελάχιστο (minimum). Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής:

Για το πλάτος των 5cm: ένας συνδετήρας.

Για το πλάτος των 10 cm: δύο συνδετήρες.

Για το πλάτος των 15 cm: τρεις συνδετήρες.

5cm : 5.000 τεμάχια

10cm : 7.000 τεμάχια

15cm: 7.000 τεμάχια

Συσκευασία

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

-τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)

-το είδος του περιεχομένου

-οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανυσμό

-ο χρόνος κατασκευής

- οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην ελληνική γλώσσα
- ο αριθμός της σύμβασης

2) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ

Με την διάβρεξή τους να υγραίνονται γρήγορα και ομοιόμορφα σε χρόνο 2 λεπτών, να είναι κατασκευασμένοι από υφασμάτινο fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη και πολυουρεθάνη, να είναι αεροδιαπερατοί, το εκμαγείο να είναι ελαφρύ, σκληρό, ακτινοδιαπερατό και να στεγνώνει εύκολα όταν βραχεί.

Το πλάτος των συνθετικών ρητινούχων γυψεπιδέσμων ταχείας πήξεως καθορίζεται ως εξής:

7.5 εκατοστά (cm), Τεμάχια 100

12,5 εκατοστά (cm). Τεμάχια 50

3) ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ

Γυψεπίδεσμοι ταχείας πήξεως (έως 2min) με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό . Απαιτούμενος χρόνος διαβροχής έως 3 sec. Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδης. Αμέσως μετά την τοποθέτηση του πρέπει να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα. Να γίνεται ομοιογενής διαβροχή όλων των στρωμάτων της γυψοταινίας κατά την εμβάπτιση σε νερό .

Διαστάσεις:

Οι διαστάσεις των γυψεπιδέσμων καθορίζονται σε πλάτος 10 εκατοστά (cm), 15 εκατοστά (cm) και μήκος 2 μέτρων(m).

10cm: 2000 τεμάχια

15cm: 2500 τεμάχια

4) ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ (ORTHO-BAN)

Επίδεσμος βάμβακος για τοποθέτηση πριν την τοποθέτηση γύψου. Οφείλει να είναι κατασκευασμένος από βαμβάκι ή υλικό μη υφασμάτινο, να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, να είναι αυτοσυγκρατούμενος, να κόβεται εύκολα με το χέρι, να έχει μεγάλη κάθετη ελαστικότητα, να μπορεί να αποστειρωθεί, να είναι ευπροσάρμοστος, μαλακός, απαλός, απορροφητικός και ακτινοδιαπερατός.

Διαστάσεις:

Το πλάτος των επιδέσμων βάμβακος καθορίζεται ως εξής:

5 εκατοστά (cm): 500 τεμάχια

10 εκατοστά (cm): 2500 τεμάχια

15 εκατοστά (cm): 3500 τεμάχια

5) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ειδικές δερματικές αυτοκόλλητες έλξεις από αφρώδες υλικό.

100 τεμάχια

6) COLLAR & CUFF

Ιμάντας από αφρώδες υλικό, υποαλλεργικό, επενδεδυμένο με σωληνοειδή επίδεσμο, ο οποίος είναι πλεγμένος από ίνες φυσικού βαμβακιού, το οποίο δεν έχει υποστεί

καμία χημική επεξεργασία. Ο μάντας να είναι κομμένος σε λωρίδες στις ακόλουθες διαστάσεις:

Συνολικό μήκος έως 10μ., πάχος 1cm και πλάτος από 5cm–8cm. Να κόβεται σε οποιοδήποτε επιθυμητό μήκος και η συγκράτηση του να εξασφαλίζεται με πλαστικά κλιπς στερέωσης, σε ικανό αριθμό για το σύνολο της συσκευασίας και τα οποία να διατίθενται εντός της συσκευασίας του προϊόντος.

2000 τεμάχια (20.000 μέτρα)

7) ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Αυτοκόλλητες αποστειρωμένες ταινίες συγκλίσεως τραύματος από πολυαμίδη με υποαλλεργική κόλλα. Οφείλουν να είναι εύκαμπτες και να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.

Διαστάσεις:

3mm* 75mm

Ποσότητα : 15 κουτιά των 100 φακελλίσκων. Κάθε φακελλίσκος περιέχει περίπου 8 ταινίες σύγκλισης

8) ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ (Υφασμάτινος)

Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι καινούργιο. Για την κατασκευή του να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι. Να είναι αρίστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του. Να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία. Ο λευκοπλάστης να είναι κατασκευασμένος σε πηνία. Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10 - 20 τεμαχίων. Ο υπό προμήθεια λευκοπλάστης θα πρέπει να είναι από ταινία κατασκευασμένη από ύφασμα βαμβακερό ή συνθετικό ή σύμμικτο υλικό. Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο έως αποχρώσεως ανθρωπίνου δέρματος. Η μία επιφάνεια της ταινίας να είναι ομοιόμορφα επιστρωμένη με ισχυρή κολλητική ουσία που μπορεί να είναι φυσική ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικό ελαστομερές κ.λπ., στο οποίο να περιέχεται οξειδίο του ψευδαργύρου. Το πλάτος του λευκοπλάστη να είναι 5cm.

Αριθμός συσκευασιών: 1400 συσκευασίες των 10 τεμαχίων

9) ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ (μετάξι)

Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι καινούργιο. Για την κατασκευή του να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι. Να είναι αρίστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του. Να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία. Ο λευκοπλάστης να είναι κατασκευασμένος σε πηνία. Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10 - 20 τεμαχίων.

Διαστάσεις:

9,14 μέτρα X 2,5 εκατοστά: 4000 συσκευασίες

9,14 μέτρα X 5 εκατοστά: 300 συσκευασίες

9,14 μέτρα X 7,5 εκατοστά: 1000 συσκευασίες

10) ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Να είναι από μη διαφανές φιλμ πολυουρεθάνης, αυτοκόλλητο επίθεμα με υδρόφιλη απορροφητική γάζα στο σημείο επαφής του φλεβοκαθετήρα. Η κολλητική επιφάνεια να μην ερεθίζει το δέρμα και να μην προκαλεί αλλεργίες (τύπου merpore). Να φέρει πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Επίσης να φέρει 2 επιπλέον ταινίες για πιο ισχυρή συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα. Παρέχονται σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων.

Διαστάσεις:

6cm X 8cm ± 1.5cm: κουτιά (Bt) 11000

11) ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ

Να προσφέρονται σωληνωτοί δικτυωτοί επίδεσμοι μεγάλης ελαστικότητας με υψηλό ποσοστό βάμβακος. Να μπορούν να τοποθετηθούν απλά και γρήγορα. Η στερέωση να είναι ασφαλής και μεγάλης διάρκειας. Συνολικό μήκος των επιδέσμων ανά συσκευασία: περίπου 25 μέτρα. Να μπορούν να κοπούν σε επιθυμητό μέγεθος χωρίς να καταστρέφονται ή να δημιουργούν νήματα. Να προσφέρονται για επίδεση ή στερέωση: δακτύλων, χεριών, βραχίονα, ποδιού, κεφαλιού, κορμού. Η σύνθεση όλων των δικτυωτών επιδέσμων να είναι 68% βαμβάκι, 24% πολυαμίδιο, 8% πολυουρεθάνη.

Διαστάσεις:

No 0 (για δάχτυλα): τεμάχια 5

No2 (για άκρα): τεμάχια 8

No4 (για κεφάλι): τεμάχια 30

No8 (για κορμό): τεμάχια 10

12) ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ.

Αυτοκόλλητο επίθεμα με υδρόφιλη απορροφητική non woven γάζα στο σημείο επαφής με το τραύμα. Η κολλητική επιφάνεια να μην ερεθίζει το δέρμα και να μην προκαλεί αλλεργίες. Να διατίθενται σε συσκευασίες των 50 τεμαχίων.

Διαστάσεις:

5 X 7 cm Τεμ. 5.000

6 X 7 cm Τεμ. 6.000

10 X 10 cm Τεμ. 8.000

15 X 10 cm Τεμ. 7.000

10 X 20 cm, Τεμ. 7.000

10 X 30 cm Τεμ. 8.000

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

-ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:

1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Να καταθέσουν ως δείγμα μία αυτοτελή συσκευασία από κάθε προσφερόμενο είδος.

3. Τυχόν αποκλείσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.
4. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΕΟΦ για την εγγραφή τους στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αν τα προϊόντα είναι ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του πιστοποιητικού CE από αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό, αν τα προϊόντα είναι ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.
5. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι οι προσφερόμενοι επίδεσμοι δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
6. Μετά την κατακύρωση, με την πρώτη παραλαβή που θα γίνεται, το Νοσοκομείο θα στέλνει δείγμα στον Ε.Ο.Φ. για εργαστηριακό έλεγχο με ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.
7. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, όταν προσκομιστεί στο Νοσοκομείο προϊόν που είναι ποιοτικά εκτρεπόμενο και θα αποδεικνύεται από δειγματοληψία, θα υπάρχει ποινική ρήτρα μέχρι του ποσού των 3.000,00€.

Οι προμηθευτές, για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών, θα προσκομίσουν δωρεάν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή καθώς και τον Α/Α του είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζώρζου Μαρκέλα-Παγωνίτσα:

Αναστασάκης Κωνσταντίνος:

Τσέτσερης Θεόδωρος: